

28-04-2011

Uczestnicy postępowania nr 11/P/1-2/2011

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu na: „**Dostawa płynów fizjologicznych w okresie 18 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu:**

zadanie 1: dostawa pojemników z płynem ACD

zadanie 2: dostawa pojemników z 0,9% Natrium Chloratum”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r., Nr113, poz.759 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie z dnia 27-04-2011r.:

Pytanie 1:

Zadanie nr 2 poz.1

Czy Zamawiający ma na myśli w w/w zadaniu worki Viaflo firmy Baxter z dwoma portami, z możliwością zawieszania o pojemności 250 ml?

Odpowiedź/ modyfikacja SIWZ:

Zamawiający wymaga pojemnika/worka z płynem Natrium Chloratum 0,9%. Pojemnik/worek musi posiadać niezależne odseparowane porty. Pojemniki/worki muszą być: wykonane z tworzywa polietylenowego i zapakowane w opakowania zewnętrzne, zapewniające jałowość worka po jego rozpakowaniu.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Pełnomocnik Dyrektora

[Podpis]
mgr Piotr Kowalek

[Podpis]