



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

50-345 WROCLAW, UL. CZERWONEGO KRZYŻA 5-9

Wrocław, dnia 25.11.2011 r.

Nasz znak DZZ.MP.26.27.P/2011

Internet:
www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl

Telefony:

Centrala:
071 371 58 10

Dyrektor:
071 371 58 11
fax. 071 328 17 13

Ekspedycja Krwi:
071 371 58 26
071 328 10 93

Laboratorium:
071 371 58 31



Forma prawna:

SP ZOZ
zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego
pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

ING Bank Śląski
Wrocław
Nr 91 1050 1575
1000 0023 1691 2753

Certyfikat:
FS 505163



ISO 9001:2008

Uczestnicy - nr postępowania nr 27/P/2011

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu nr 27/P/2011 pn.:

„Dostawa 110 000 sztuk mikrokuwet do oznaczania hemoglobiny w krwi włośniczkowej, krwi kontrolnej, zewnętrznej kontroli jakości wraz z dzierzawą 12 sztuk hemoglobinometrów najnowszej generacji oraz materiałów zużywalnych do ich czyszczenia i konserwacji przez okres 36 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu” - nr sprawy - 27/P/2011

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania z dnia **24-11-2011** r. o następującej treści:

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści identyfikację próbki badanej i kontrolnej za pomocą czytnika kodów kreskowych lub klawiatury zewnętrznej (nie wyłącznie ekranu dotykowego)?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie przedmiotu zamówienia określonego w rozdz. I, tabela nr 1, III. Wymagania dla hemoglobinometrów, pkt. 5, odnośnik drugi, tj.: „każdy hemoglobinometr posiadać musi możliwość identyfikacji próbki badanej i kontrolnej poprzez kod kreskowy w standardzie ISBT 128 za pomocą czytnika kodów i ekranu dotykowego (w przypadku uszkodzonego kodu kreskowego)”.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuszcza wybór wyniku ostatecznego przez użytkownika w systemie „Bank Krwi” zamiast na aparacie?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie przedmiotu zamówienia określonego w rozdz. I, tabela nr 1, III. Wymagania dla hemoglobinometrów, pkt. 5, odnośnik trzeci tj.: „każdy hemoglobinometr posiadać musi możliwość wykonania powtórnego oznaczenia od jednego dawcy (dla jednego numeru donacji) i wyboru wyniku ostatecznego przez użytkownika”.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuszcza wybór zdefiniowanych wcześniej przez użytkownika komentarzy przy otrzymanym wyniku, zamiast wpisywanych za każdym razem?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie przedmiotu zamówienia określonego w rozdz. I, tabela nr 1, III. Wymagania dla hemoglobinometrów, pkt. 5, odnośnik czwarty, tj.: „każdy hemoglobinometr posiadać musi możliwość wpisania komentarza przy otrzymanym wyniku”.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Pełnomocnik Dyrektora

mgr Piotr Kowalek

Łódź, dnia 25.11.2011 r.