



# Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5-9

## Internet:

www.rckik.wroclaw.pl

centrum@rckik.wroclaw.pl

www.facebook.com  
/rckikwroclaw

## Telefony:

### **Centrala:**

71 371 58 10

### **Dyrektor:**

71 371 58 11

### **Sekretariat:**

71 371 58 12

### **Fax:**

71 328 17 13

### **Ekspedycja krwi:**

71 371 58 26

71 328 10 93

### **Laboratorium:**

71 371 58 31

## Forma prawna:

SP ZOZ

zarejestrowany w Sądzie  
Rejonowym dla

Wrocławia – Fabrycznej  
we Wrocławiu VI Wydział  
Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego pod  
numerem

KRS: 0000034677

NIP: PL 898-18-53-248

REGON: 000291121

## Konto bankowe:

ING Bank Śląski Wrocław

Nr: 91 1050 1575 1000

0023 1691 2753



Gepard Biznesu 2011

## Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 24.09.2013

Nasz znak: DZZ.MSP.26-24.P.1-2/2013

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 130 000 na:

**„Dostawa testów do badania znaczników patogenów przenoszonych drogą krwi:**

**Zadanie 1: Dostawa testów niezbędnych do automatycznego wykonywania badań w 100 000 donacjach w kierunku obecności: HBV, HCV i HIV tj. oznaczania następujących parametrów: antygenu HBs (HBs Ag), przeciwciał anty-HCV (HCV Ab) i anty-HIV1/2 (HIV 1/2 Ab) oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych i kontrolnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów w okresie 13 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu**

**Zadanie2:**

**Dostawa testów niezbędnych do automatycznego wykonywania badań w 100 000 donacjach w kierunku obecności przeciwciał świadczących o zakażeniu Treponema pallidum (TP Ab) oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych i kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora w okresie 13 miesięcy**

**dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” – nr sprawy 24/P/1-2/2013**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2013r., poz. 907) udziela odpowiedzi na zadane pytania o następującej treści:

### **Pytanie 1:**

Ad punkt III, podpunkt i),” *Odczynniki, kalibratory i kontrole powinny pochodzić od tego samego producenta*”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kontrole zewnętrzne w tym PeliSpy, SeraSyf, mogły pochodzić od innego producenta niż oferowane testy?

### **Odpowiedź:**

Pytanie dotyczy rozdział I, tabela str.2, pkt 4

Zamawiający w SIWZ nr 24/P/1-2/2013 nie wymagał kontroli zewnętrznej.

### **Pytanie 2:**

Oferowany przez firmę UPS, przy maksymalnym obciążeniu 3000VA podtrzymuje napięcie przez 7 minut. Oferowane analizatory obciążają UPS około 800-900 VA stąd czas podtrzymania wynosi 25 minut – czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowany analizator podtrzymywał pracę analizatora przez 25 minut zamiast 30 minut?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w zadaniu 2, w „Wymaganiach odnośnie aparatury” w pkt 10.



**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu**

50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5-9

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatorów z 7 na min. 21 dni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w rozdziale I w zadaniu 1 w pkt 2.1 oraz w zadaniu 2 w pkt. 2.1.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wystawiania faktur z kwartalnych na miesięczne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie również faktur miesięcznych.

*Zaproponowana zmiana obowiązuje stosownie w całym SIWZ wraz z załącznikami*

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień w formie tzw. zlecenia stałego?

Zlecenie stałe oznacza złożenie przez Zamawiającego zamówienia określonego asortymentu, w określonych ilościach na określony okres czasu, np.:

Nr kat.	Nazwa	Zawartość	Zamawiana ilość/op.								
			V'13	VI'13	VII'13	IX'13	X'13	XI'13	XII'13	I'14	II'14
7K67-27	AFP Reagent	100 testów	1	2	1	2	1	1	2	1	1

Zamawiający winien podać:

- proponowaną datę dostawy,
- datę wnoszenia korekt do zamówienia.

Zlecenie stałe zaoszczędzi Zamawiającemu czas poświęcany na czynności administracyjne, zapewni lepszą kontrolę zamówień oraz pozwoli uniknąć doliczenia kosztów dostawy w wysokości 249,00 pln do drugiego i każdego kolejnego standardowego zamówienia składanego w tym samym miesiącu. (Dostawy pilne/cito dostępne będą na żądanie klienta za opłatą w wysokości 498,00 pln).

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w rozdziale I w zadaniu 1 w pkt 2.4 oraz w zadaniu 2 w pkt. 2.3

**Pytanie 6**

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego test HIV IV generacji (służącym do równoczesnego, jakościowego oznaczania antygenu p24 HIV oraz przeciwciał przeciwko ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności typu 1 i/lub typu 2 (HIV-1//HIV-2) w ludzkiej surowicy lub osoczu)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie również testu HIV IV generacji.

*Zaproponowana zmiana obowiązuje stosownie w całym SIWZ wraz z załącznikami.*

**Pytanie 7**

Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 24 ust. 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

1. Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu:



**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu**

50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5-9

„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,5 % wartości umowy”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do umowy postanowienia „Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,5 % wartości umowy”

2. Zmianę brzmienia § 6 ust. 1 lit. a) wzoru umowy na następujące:

„w wysokości 4 % wartości brutto ogółem przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt 3.1b, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 5 w pkt. 1 a”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w §6 w załączniku nr 5A do SIWZ oraz w §6 w załączniku nr 5B do SIWZ.

**Pytania dotyczące Zadania nr 1.**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuści testy przystosowane do wykonywania badań w surowicy krwi pobranej na skrzep i w osoczu krwi pobranej na heparynę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie również testów przystosowanych do wykonywania badań w surowicy krwi pobranej na skrzep i w osoczu krwi pobranej na heparynę

*Zaproponowana zmiana obowiązuje stosownie w całym SIWZ wraz z załącznikami.*

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników i materiałów o terminie ważności nie krótszym niż 4 miesiące od daty dostawy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w zadaniu 1, w „*Wymaganiach ogólnych...*” w pkt 6.

**Pytanie 10:**

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia kontroli zewnątrz laboratoryjnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w SIWZ nr 24/P/1-2/2013 nie wymagał kontroli zewnątrz laboratoryjnej.

**Pytanie 11:**

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający zamierza wykonywać badania przez 312 dni w roku (co wynika z zapisów nt. kontroli jakości prowadzonej przez 6 dni w tygodniu).

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza zapis określony w SIWZ w zadaniu 1, w „*Wymaganiach ogólnych...*” w pkt 7d

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający dopuści dostarczanie certyfikatów jakości dla każdej serii w języku angielskim?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie certyfikatów jakości dla każdej serii w języku angielskim.

*Zaproponowana zmiana obowiązuje stosownie w całym SIWZ wraz z załącznikami.*



**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu**

50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5-9

**Pytanie 13:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie analizatorów sterowanych przez wbudowane komputery wraz z płaskimi monitorami LCD, które bez dodatkowego komputera (tzw. stacji roboczej) umożliwiają transmisję wyników, zamiast analizatorów sterowanych przez komputer zewnętrzny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie analizatorów sterowanych przez wbudowane komputery wraz z płaskimi monitorami LCD, które bez dodatkowego komputera (tzw. stacji roboczej) umożliwiają transmisję wyników, zamiast analizatorów sterowanych przez komputer zewnętrzny

*Zaproponowana zmiana obowiązuje stosownie w całym SIWZ wraz z załącznikami.*

**Pytanie 14**

Czy w przypadku zlecenia wykonania badań w innym RCKiK, Zamawiający wyrazi zgodę na pokrycie różnicy pomiędzy kosztem badania w Laboratorium Zamawiającego, a faktycznie poniesionym kosztem wykonania badania w innym RCKiK (zawierającym koszt transportu próbek)? Zamawiający w takiej sytuacji poniesie koszt zwolnienia donacji równy cenie ofertowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w SIWZ w zadaniu 1 w „Obowiązках Wykonawcy” w pkt 14

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas usunięcia awarii był liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w SIWZ w zadaniu 1 w „Obowiązках Wykonawcy” w pkt 13

**Pytanie 16**

Czy ze względu na dzierżawę dwóch analizatorów, które mogą stanowić wzajemnie dla siebie zabezpieczenie (tzw. back-up), Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji wynoszący 48 godzin, a czas usunięcia awarii 72 godziny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w SIWZ w zadaniu 1 w „Obowiązках Wykonawcy” w pkt 13

**Pytania dotyczące Zadania nr 2.**

**Pytanie 17**

Czy Zamawiający dopuści testy przystosowane do wykonywania badań w surowicy krwi pobranej na skrzep i w osoczu krwi pobranej na heparynę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie testów przystosowanych również do wykonywania badań w surowicy krwi pobranej na skrzep i w osoczu krwi pobranej na heparynę

*Zaproponowana zmiana obowiązuje stosownie w całym SIWZ wraz z załącznikami.*

**Pytanie 18**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach po 100 testów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie testów w opakowaniach po 100 testów



# Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5-9

*Zaproponowana zmiana obowiązuje stosownie w całym SIWZ wraz z załącznikami.*

## **Pytanie 19**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników i materiałów o terminie ważności nie krótszym niż 4 miesiące od daty dostawy?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w zadaniu 2, w „Wymaganiach dotyczących testów...” w pkt 9.

## **Pytanie 20**

Prosimy o potwierdzenie ile dni roboczych w ciągu roku przewiduje Zamawiający oraz prosimy o podanie schematu kontroli Jakości.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wykonuje badania od poniedziałku do soboty z codzienną kontrolą jakości.

## **Pytanie 21:**

Czy Zamawiający dopuści dostarczanie certyfikatów jakości dla każdej serii w języku angielskim?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie certyfikatów jakości dla każdej serii w języku angielskim.

*Zaproponowana zmiana obowiązuje stosownie w całym SIWZ wraz z załącznikami.*

## **Pytanie 22**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora sterowanego przez wbudowany komputer wraz z płaskim monitorem LCD, który bez dodatkowego komputera (tzw. stacji roboczej) umożliwia transmisję wyników.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie również analizatora sterowanego przez wbudowany komputer wraz z płaskim monitorem LCD, który bez dodatkowego komputera (tzw. stacji roboczej) umożliwiającego transmisję wyników

*Zaproponowana zmiana obowiązuje stosownie w całym SIWZ wraz z załącznikami.*

## **Pytanie 23:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o nominalnej wydajności 189 oznaczeń na godzinę?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie również analizatora o nominalnej wydajności 189 oznaczeń na godzinę.

*Zaproponowana zmiana obowiązuje stosownie w całym SIWZ wraz z załącznikami.*

## **Pytanie 24**

Czy w przypadku zlecenia wykonania badań w innym RCKiK, Zamawiający wyrazi zgodę na pokrycie różnicy pomiędzy kosztem badania w Laboratorium Zamawiającego, a faktycznie poniesionym kosztem wykonania badania w innym RCKiK (zawierającym koszt transportu próbek)? Zamawiający w takiej sytuacji poniesie koszt zwolnienia donacji równy cenie ofertowej.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w SIWZ w zadaniu 2 w „Obowiązках Wykonawcy” w pkt 17



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5-9

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas usunięcia awarii był liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w SIWZ w zadaniu 2 w „Obowiązках Wykonawcy” w pkt 16

**Pytanie 26**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji wynoszący 48 godzin, a czas usunięcia awarii 72 godziny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w SIWZ w zadaniu 2 w „Obowiązках Wykonawcy” w pkt 13

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2013r., poz. 907) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. poprzez dodanie w zadaniu nr 1 w rozdziale I Przedmiot Zamówienia w pkt 2.3.2 zapisu:  
„c) każda dostawa testów zawierać będzie testy wyłącznie z jednej serii.”
2. poprzez dodanie w zadaniu nr 2 w rozdziale I Przedmiot Zamówienia w pkt 2.2.2 zapisu:  
„c) każda dostawa testów zawierać będzie testy wyłącznie z jednej serii.”

*Zaproponowane zmiany obowiązują stosownie w całym SIWZ wraz z załącznikami.*

DYREKTOR

*lek. Ryszard Kozłowski*  
chirurg - specjalista transfuzjolog