

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ
zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 20.01.2017

Nasz znak: DZZ.MSP.26-34.P/1-2/2016

Uczestnicy postępowania nr sprawy 34/P/1-2/2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu oraz zmiana SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa zestawów jednorazowych do poboru składników krwi metodą aferezy automatycznej wraz z dzierżawą separatorów komórkowych przez okres 40 miesięcy, tj:

zadanie 1: dostawa jednorazowych zestawów do poboru koncentratu krwinek płytkowych, koncentratu krwinek czerwonych oraz osocza wraz z dzierżawą 10 separatorów komórkowych

zadanie 2: dostawa jednorazowych zestawów do poboru koncentratu granulocytarnego oraz koncentratu krwinek płytkowych wraz z dzierżawą 1 separatora komórkowego,,

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania o następującej treści:

Pytanie 36:

Punkty 1.12.1, 2.10.1 oraz 3.9.1 dla zadania nr 1 oraz punkty 1.9.1 oraz 2.11.1 dla zadania nr 2 w rozdziale I SIWZ

Czy Zamawiający zaakceptuje zestawy jednorazowe, których etykiety na indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym zestaw posiadają informacje wymagane w rozdziale I dla zadania 1 w pkt. 1.12.1., 2.10.1 oraz dla zadania nr 2 w pkt. 1.9.1 oraz 2.11.1, natomiast na etykiecie macierzystej każdego z pojemników znajdują się w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego informacje:

- data ważności,
- numer REF,
- numer serii.

Oferowane przez nas zestawy są używane rutynowo od wielu lat w jednostkach publicznej służby krwi na terenie Polski i Europy.

Odpowiedź:



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

W związku z pytaniem 36, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonuje zmiany treści SIWZ, a mianowicie:

w zadaniu 1 w rozdziale I

pkt 1.12., 1.12.1.

pkt 2.10., 2.10.1.

pkt 3.9., 3.9.1.

w zadaniu 2 w rozdziale I

pkt 2.11, 2.11.1

Było:

Etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody odpowiadające standardom ISBT 128

Etykiety muszą zawierać :

- a) nazwę firmy i nazwę zestawu,
- b) informację o przeznaczeniu zestawu,
- c) numer serii w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego,
- d) numer REF

Jest:

zadanie 1:

pkt 1.12., pkt 2.10., pkt 3.9.,

zadanie 2:

pkt 2.11.

Etykieta na indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym zestaw musi zawierać:

- a) nazwę producenta – wytwórcy (firmy)
- b) nazwę zestawu, która informuje o jego przeznaczeniu
- c) numer serii zestawu
- d) numer REF
- e) datę ważności zestawu



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

f) znak CE

Zadanie 1

pkt 1.12.1., pkt 2.10.1., pkt 3.9.1.

Zadanie 2

pkt 2.11.1

Etykieta macierzysta pojemnika musi zawierać:

- a) numer serii zestawu w postaci literowo-cyfrowej I kodu kreskowego zgodnego z CODE 128
- b) numer REF w postaci literowo-cyfrowej I kodu kreskowego zgodnego z CODE 128
- c) oznakowanie umożliwiające określenie przeznaczenia pojemnika

w zadaniu 2 w rozdziale I

pkt 1.9., 1.9.1.

Było:

Etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody opowiadające standardom ISBT 128.

Etykiety muszą zawierać:

- a) nazwę firmy i nazwę zestawu,
- b) informację o przeznaczeniu zestawu,
- c) numer serii w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego,
- d) numer REF

Jest:

pkt 1.9.

Etykieta na indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym zestaw musi zawierać:

- a) nazwę producenta – wytwórcy (firmy)
- b) nazwę zestawu



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9


- c) numer serii zestawu
 - d) numer REF
 - e) datę ważności
 - f) znak CE
- pkt 1.9.1.

Etykieta macierzysta pojemnika musi zawierać:

- a) numer serii zestawu w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego zgodnego z CODE 128
- b) numer REF

Wprowadzone zmiany treści obowiązują stosownie w całym SIWZ wraz z załącznikami.

Dyrektor
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
we Wrocławiu


Krzysztof Dworak