



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ
zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 18.04.2017
Nasz znak: DZZ.MSP.26-1.P/2017

Uczestnicy postępowania nr sprawy 01/P/2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu oraz zmiana SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa zestawów pojemników potrójnych typu góra-dół oraz zestawów pojemników z filtrem antyleukocytarnym in-line do pobierania i preparatyki krwi pełnej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 36 miesięcy” – nr sprawy 01/P/2017

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji:

- Zestawów pojemników z tworzyw sztucznych, do pobierania i preparatyki krwi (pojemniki poczwórne typu góra- dół), z filtrem antyleukocytarnym w ilości 21 000 szt.

do oddzielnego pakietu lub umożliwi złożenie oferty jedynie na tę pozycję asortymentową?


Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie niepodzielności niniejszego zamówienia.

Pytanie 2:

Dot. Dot. części I SIWZ – przedmiot zamówienia, pkt. 3 – pojemniki z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi (pojemniki poczwórne typu góra-góra), z filtrem antyleukocytarnym – wymagania, ppkt. 18.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania (i potraktuje jako rozwiązanie równoważne/tak samo punktowane w kryterium



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Rozwiązania techniczne) zestawy pojemników poczwórnych z filtrem antyleukocytarnym, gdzie dreny przy pojemniku na UKKCZ mają następujące długości i oznakowanie:

- dren główny, pomiędzy filtrem a pojemnikiem na UKKCz o długości min. 71 cm, bez wbudowanego króćca, oznaczony numerami w 8 miejscach, umożliwiając wykonanie min. 7 pilotek, każdej o długości 10 cm,

- dodatkowy dren przy pojemniku na UKKCz o długości min. 44 cm, nienumerowany, bez wbudowanego króćca, umożliwiając wykonanie min. 4 pilotek, każdej o długości 10 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zestawy pojemników poczwórnych z filtrem antyleukocytarnym, gdzie dreny przy pojemniku na UKKCZ mają w/w długości i oznakowanie.

W związku z odpowiedzią na pytanie 2 zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia się w rozdziale I pkt 3.18.

Było:

Dodatkowy dren, przy pojemniku na UKKCz, musi być oznaczony numerami, w minimum 6 miejscach, umożliwiając wykonanie min. 6 pilotek (każda 10 cm długości). Składnik zawarty w pilotkach musi spełniać normy jakości zgodne z medycznymi zasadami poboru krwi i preparatyki (wykluczając wpływ na jakość składników krwi ze strony dawcy).


Jest:

Dren pomiędzy filtrem antyleukocytarnym a pojemnikiem na UKKCz, musi być oznaczony numerami w minimum 6 miejscach, umożliwiając wykonanie min. 6 pilotek (każda 10 cm długości). Składnik zawarty w pilotkach musi spełniać normy jakości zgodne z medycznymi zasadami poboru krwi i preparatyki (wykluczając wpływ na jakość składników krwi ze strony dawcy).

Zmienia się w rozdziale X pkt 2.2. ppkt b)

Było:

12 pkt pomocniczych Zamawiający przyzna ofercie, w której Wykonawca oświadczy w Formularzu Ofertowym załączniku nr 3 do SIWZ - w Formularzu Ofertowym w pkt 5b, że zaoferowane



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

zestawy pojemników poczwórnych z filtrem antyleukocytarnym posiadają oznakowane dreny, umożliwiające ich identyfikację i jednoznaczne przyporządkowanie do danego pojemnika po odłączeniu zestawu.

Oferta, w której Wykonawca w załączniku nr 3 do SIWZ - w Formularzu Ofertowym nie wypełni pkt 5b otrzyma 0 pkt.

Jest:

12 pkt pomocniczych Zamawiający przyzna ofercie, w której Wykonawca oświadczy w Formularzu Ofertowym załączniku nr 3 do SIWZ -w Formularzu Ofertowym w pkt 5b, że zaoferowane zestawy pojemników poczwórnych z filtrem antyleukocytarnym posiadają oznakowany dren, umożliwiający ich identyfikację i jednoznaczne przyporządkowanie pustego pojemnika górnego przeznaczonego do przechowywania FFP do pojemnika środkowego (głównego) po rozłączeniu zestawu.

Oferta, w której Wykonawca w załączniku nr 3 do SIWZ - w Formularzu Ofertowym nie wypełni pkt 5b otrzyma 0 pkt.

Wprowadzone zmiany treści obowiązują stosownie w całym SIWZ wraz z załącznikami.

1. *Nowy wzór formularza ofertowego*
- załącznik nr 3 do SIWZ

Dyrektor
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
we Wrocławiu

Krzysztof Dworak