

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:
SP ZOZ

zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2008

S. dz. 609/Ka/17

Wrocław, dnia 08.05.2017

Nasz znak: DZZ.MSP.26-5.P/2017

Uczestnicy postępowania nr sprawy 05/P/2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa rękawiczek diagnostycznych w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” – nr sprawy 05/P/2017

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania o następującej treści:

Pytanie 1:


Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu środka ochrony osobistej kategorii III i dopuszczenie rękawic sklasyfikowanych w I klasie medycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie wymogu środka ochrony osobistej kategorii III.

Pytanie 2:

Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic z AQL ≤ 1.5, natomiast w formularzu ofertowym w pkt. 5a wymaga potwierdzenia, że zaoferowane rękawice posiadają poziom szczelności AQL = 1.0 –



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

za co zostanie przyznane 30 pkt. Prosimy zatem o wyjaśnienie ile pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferuje rękawice z AQL = 1,5?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania rękawiczek diagnostycznych z barierą ochronną AQL ≤ 1.5 . Natomiast za zaoferowanie rękawiczek z barierą ochronną AQL=1.0, zgodnie z opisem kryterium „parametry jakościowe”, Wykonawca otrzyma 30 pkt.

Pytanie 3:

Pytania do wzoru umowy:

Czy Zamawiający potwierdza, że za dni robocze przyjmuje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że za dni robocze przyjmuje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby numer umowy zawarty był na dokumencie WZ dołączonym do faktury?


Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby numer umowy zawarty był na dokumencie WZ dołączonym do faktury.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:





Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie naliczania kar umownych.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 7 ust. 1 ppkt. 2) słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie w § 7 ust. 1 ppkt 2 we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

Pytanie 7:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaką kwotą wadium musi być zabezpieczona oferta, ponieważ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia cyfrowo jest: 2 500,00 PLN, a słownie: dwa tysiące 00 / 100 PLN.

Odpowiedź:

Wadium wynosi: 2500,00 PLN

słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 PLN

Pytanie 8:

Pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe zarejestrowane jako środek ochrony osobistej kategorii I, spełniające pozostałe parametry siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie wymogu środka ochrony osobistej kategorii III.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

mgr Jacek Blicharski