



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ
zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Nr 45113010330018800155200002



Gepar Biznesu 2011

Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 21.09.2017

Nasz znak: KZZ.SZ.26-09.P/2017

Uczestnicy postępowania 9/P/2017

Dotyczy: unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 P.z.p.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 135 tysięcy euro (nr sprawy 9/P/2017) p.n.: „Dostawa odczynników, kart, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych wykonywanych u krwiodawców i biorców krwi i jej składników mikrometodą kolumnową z wykorzystaniem technik automatycznej i manualnej wraz z dzierżawą 2 szt. automatycznego analizatora wraz z dodatkowym wyposażeniem do wykonywania badań techniką manualną w okresie 36 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu wraz z T. O. w Lubinie”:

I. odrzuca następujące oferty:

- a. oferta nr 1 – złożona przez DiaHem AG Diagnostic Products, Schlosserstrasse 4, CH-8180 Bülach

Uzasadnienie prawne: na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P. z. p. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

Uzasadnienie faktyczne: treść ww. oferty nie odpowiada treści SIWZ nr 9/P/2017, a mianowicie:

Zamawiający wymagał w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zaferowania przez Wykonawców asortymentu koniecznego do wykonania wskazanych poniżej badań tj:

1. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – rozdział I punkt 3.1.1. SIWZ - tabela I.A. i w rozdziale I punkt 3.1.2 SIWZ. - tabela I.B. w punkcie pierwszym tabeli wymieniono badanie – Oznaczenie grupy krwi w układzie ABO i antygeny RhD z uwzględnieniem RhDVI+ i RhDVI- oraz w punkcie drugim ww. tabeli - Oznaczenie grupy krwi u noworodka w układzie ABO i antygeny RhD z uwzględnieniem RhDVI-.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Natomiast Wykonawca DiaHem AG Diagnostic Products dla obu badań zaferował tą samą kartę *DiaClon ABO/D* o numerze katalogowym 001326 (*wielkość opakowania 60x12 szt.*) oraz 01324 (*wielkość opakowania 4x12 szt.*). Na zaferowanej karcie nie ma możliwości oznaczania przeciwciał naturalnych anty-A i anty-B, które to badanie jest niezbędne w oznaczaniu grupy krwi innej niż u noworodka (dotyczy badania nr 1 ww. tabeli). Przez ww. Wykonawcę nie zostały zaferowane żadne krwinki wzorcowe. Wykonawca wyjaśnił, że krwinki wzorcowe zostały wkalkulowane w cenę karty wraz z rewersem.

Brak jest w ofercie – poz. 1 tabeli I.A. – załącznik nr 7.A. do SIWZ oraz poz. 1 tabeli I.B. – załącznik nr 7.B. do SIWZ, zaferowanych krwinek wzorcowych A1-B koniecznych do przeprowadzenia badania z poz. 1 oznaczonego w SIWZ (*Oznaczenie grupy krwi w układzie ABO i antygeny RhD z uwzględnieniem RhDVI+ i RhDVI*) w siedzibie we Wrocławiu i w T.O. w Lubinie. Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 (pismo z dnia 12.09.2017 r.). Ww. Wykonawca w odpowiedzi z dnia 15.09.2017 r. na ww. wezwanie sam wskazuje, że krwinki wzorcowe są konieczne, ale ich nie wyszczególnia w ofercie, pomimo, iż Zamawiający wymagał, aby Wykonawcy w ofercie wskazali asortyment konieczny do wykonania określonych badań. Brak w ofercie powoduje, że oferta jest niekompletna.

2. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – rozdział I punkt 3.1.1. SIWZ - tabela I.A. w **poz. 8** tabeli wymieniono badanie - *Wykonanie PTA: u krwiodawców – słabe RhD*, a mianowicie:

Wykonawca dla ww. badania zaferował karty *Anti-D* o numerze katalogowym 001211 (*wielkość opakowania 1x12 szt.*) oraz 001213 (*wielkość opakowania 24x12 szt.*). Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 (pismo z dnia 12.09.2017 r.). Ww. Wykonawca w odpowiedzi z dnia 15.09.2017 r. na ww. wezwanie wskazał, że ww. karta pozwala na wykonywanie badania w PTA.

Działając zgodnie z instrukcją używania zaferowanej karty – nie jest możliwe wykonanie badania antygeny RhD słabe w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA) używając karty zaferowanej przez ww. Wykonawcę.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Z uwagi na powyższe, Zamawiający nie będzie miał możliwości, aby wykonać badania znajdujące się w tabeli I.A. poz. 1 i poz. 8 – załącznik nr 7.A. do SIWZ oraz w tabeli I.B. poz. 1. – załącznik nr 7.B. do SIWZ (Oznaczenie grupy krwi w układzie ABO i antygeny RhD z uwzględnieniem RhDVI+ i RhDVI; Wykonanie PTA: u krwiodawców – słabe RhD).

W związku z powyższym treść oferty nie odpowiada treści SIWZ nr 9/P/2017.

b. **oferta nr 2** – złożona przez Grifols Polska Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Uzasadnienie prawne: na podst. art. 89, ust. 1, pkt. 2 ustawy P. z. p. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

Uzasadnienie faktyczne: treść ww. oferty nie odpowiada treści SIWZ nr 9/P/2017, a mianowicie:

Zamawiający wymagał w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zaoferowania przez Wykonawców asortymentu koniecznego do wykonania wskazanych badań tj:

1. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – rozdział I punkt 3.1.1. SIWZ - tabela I.A. w poz. 8 tabeli wymieniono badanie - *Wykonanie PTA: u krwiodawców – słabe RhD.*

Wykonawca zaoferował kartę *DG Gel Neutral* o numerze katalogowym 210343.

Działając zgodnie z instrukcją dotyczącą zaoferowanej karty oraz odpowiedzią Wykonawcy z dnia 07.09.2017 r. (data wpływu 11.09.2017 r.) na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 1 P.z.p. do złożenia dokumentów (pismo z dnia 04.09.2017 r.), potwierdził, że oferowana karta (nr katalogowy 210343) nie pozwala na wykonanie określonego w specyfikacji nr 9/P/2017 ww. badania.

2. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – rozdział I punkt 3.1.1. SIWZ - tabela I.A. w poz. 6 tabeli wymieniono badanie - *wykonanie PTA u dawcy – przy próbie krzyżowej.*

Wykonawca dla badania zaoferował karty *DG Gel Coombs*



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

o numerze katalogowym 210342 oraz odczynnik *Serascan Diana 4*
o numerze katalogowym 210208.

Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 P.z.p. (pismo z dnia 04.09.2017 r.) odnośnie zaoferowanego ww. odczynnika. Ww. Wykonawca w odpowiedzi z dnia 07.09.2017 r. (data wpływu 11.09.2017 r.) na ww. wezwanie wskazał że „(...) omyłkowo został zaoferowany odczynnik *Serascan Diana 4*. Do wykonania właściwej próby krzyżowej u dawców wystarczy zaoferowane karty DG Gel Coombs”. Oznacza to, że Wykonawca umieścił w treści oferty – tabela I.A. załącznik nr 7.A. poz. 6, odczynnik, który jest zbędny do Wykonania określonych badań (wykonanie PTA u dawcy – przy próbie krzyżowej). Nie można go wykorzystać do wykonania innych badań, bo w każdym miejscu oferty, w którym powinien on zostać uwzględniony, prawidłowo wskazano jego ilość konieczną do przeprowadzenia określonego tam badania.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający nie będzie miał możliwości, aby wykonać badanie, o którym mowa w pkt 1, znajdujące się w tabeli I.A. poz. 8 załącznik nr 7.A. do SIWZ (*Wykonanie PTA: u krwiodawców – słabe RhD*), a ponadto w tabeli I.A. poz. 6 załącznik 7.A. do SIWZ zaoferowano zbędny odczynnik o wartości 49 500 zł netto.

W związku z powyższym treść oferty nie odpowiada treści SIWZ nr 9/P/2017.

II. unieważnia postępowanie

Uzasadnienie prawne: na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze ustawy P. z. p. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, do terminu składania ofert tj: do dnia 17.08.2017 r. do godziny 10:00 złożono dwie oferty. Pierwsza – Wykonawcy DiaHem AG Diagnostic Products oraz druga – Grifols Polska Sp. z o.o.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Z uwagi na argumenty wskazane w pkt. I powyżej, zarówno treść oferty pierwszej jak i drugiej nie odpowiada treści SIWZ nr 9/P/2017 i obie podlegają odrzuceniu przez Zamawiającego na podst. art. 89 ust. pkt 2 ustawy P. z. p. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

W takim stanie sprawy brak jest ważnych ofert. Z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu należało unieważnić postępowanie 9/P2017.

Otrzymują:

1. DiaHem AG Diagnostic Products
Schlosserstrasse 4, CH-8180 Bülach
adres do korespondencji:
DiaHem Diagnostic Products sp. z o.o.
Al. Słowackiego 64, 30-004 Kraków
tel. 12 / 416 36 82
faks: 12/ 416-36-92
mail: infopl@diahem.com

2. GRIFOLS Polska Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel. 22 / 378 85 61
faks: 22/ 378 85 62
mail: katarzyna.dobaj@grifols.com

Dyrektor
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
we Wrocławiu

Krzysztof Dworak

**Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma i że jest czytelne
na nr faksu: 71 / 328 17 13.**