

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ
zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 27.11.2017

Nasz znak: SZ.26-17.P/2017.SZZ-19

Uczestnicy postępowania nr 17/P/2017

Dotyczy : informacji na podst. art. 92 ust. 1 ustawy P.z.p – nr sprawy 17/P/2017

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu informuje na podst. art. 92 ust. 1 ustawy P.z.p. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 135 tys. euro pn.:

„Dostawa odczynników, kart, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych wykonywanych u krwiodawców i biorców krwi i jej składników mikrometodą kolumnową z wykorzystaniem technik automatycznej i manualnej wraz z dzierżawą 2 szt. automatycznych analizatorów i z dodatkowym wyposażeniem do wykonywania badań techniką manualną w okresie 36 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu i dla T. O. w Lubinie” - nr sprawy 17/P/2017

a) wybrało ofertę złożoną przez:

**Grifols Polska Sp. z o.o.,
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa**

**która za realizację przedmiotu zamówienia zaproponowała cenę brutto
1 523 741,76 PLN**

(słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści jeden i 76/100 PLN)

Powyższa oferta oznaczona nr 1 jest jedną z dwóch złożonych ofert i jedyną ważną ofertą. Oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ wraz z załącznikami, spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ wraz z załącznikami – nr sprawy 17/P/2017 oraz uzyskała 100,00 pkt. na 100 pkt. możliwych.

b) nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1 – Grifols Polska Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Oferta nr 2 – DiaHem AG Diagnostic Products, Schlosserstrasse 4, CH-8180



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

nr oferty	Liczba punktów uzyskanych w kryterium:				Razem
	oferowana cena – 60%	Termin Dostawy Na Cito odczynników, kart i materiałów zużywalnych – 5 %	Termin standardowej sukcesywnej dostawy odczynników, kart i materiałów zużywalnych – 30 %	Wszystkie zaoferowane w ofercie przez danego Wykonawcę krwinki, odczynniki i karty wraz z zaoferowanymi analizatorami pochodzą od tego samego Wytwórcy – 5 %	
1.	60,00 pkt	5,00 pkt	30,00 pkt	5,00 pkt	100,00 pkt
2.	oferta odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P. z. p.				

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

DiaHem AG Diagnostic Products, Schlosserstrasse 4, CH-8180

Uzasadnienie prawne: na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P. z. p.

Uzasadnienie faktyczne: treść ww. oferty nie odpowiada treści SIWZ nr 17/P/2017

Zamawiający wymagał w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zaoferowania przez Wykonawców asortymentu koniecznego do wykonania wskazanych badań.

Wykonawca w tabeli nr I.A. – załącznik nr 7.A. do SIWZ w pozycji 1 zaoferował ID-Diluent 2, Producent: DiaMed GmbH, o numerze katalogowym 009290, w opakowaniach 10x60 szt.

Zgodnie z instrukcją producenta, do której Zamawiający miał dostęp – ID-Diluent 2 – „Zmodyfikowany LISS do zawiesin krwinek czerwonych, identyfikator produktu 05761” jest oferowany w formie 100 i 500 ml butelek oraz w formie kasety (60 x 700 µl). Zaoferowany odczynnik o numerze katalogowym 009290 jest w formie 10 kaset (60 x 700 µl). Instrukcja wskazuje, że forma kaset jest dedykowana do Analizatorów – IH (sekcja Odczynniki oraz sekcja Produkty). Instrukcja, w części dotyczącej przygotowania próbki krwi przy użyciu kasety (60 x 700 µl) stanowi: „Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi Analizatorów-IH”.

Zamawiający w treści SIWZ – rozdział I pkt. 3.4 Tabela nr 4 – I.5 – wymagał, aby oferowane „Odczynniki [były] wymienne pomiędzy zarówno automatycznym




Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

analizatorem, jak i systemem manualnym". W związku z powyższym, w dniu 13.11.2017 r. pismem o znaku DZZ.SZ.26-17.P/2017.SZZ-13 Zamawiający wezwał Wykonawcę na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy P.z.p. do złożenia wyjaśnień dotyczących możliwości zastosowania odczynnika ID-Diulent 2 w formie kasety zarówno do badań w technice automatycznej jak i manualnej, która to możliwość zostanie poparta stosowną dokumentacją producenta.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie. pismem z dnia 16.11.2017 r., nasz znak 1964/KP/17, wyjaśnił i potwierdził, że zaoferowany ID-Diulent 2 w formie kaset o numerze katalogowym 009290 spełnia wymóg SIWZ. Zdaniem Wykonawcy zapis instrukcji wskazujący, że kasety służą do Analizatorów-IH świadczy jedynie o tym, że są one przystosowane do analizatorów typu IH-500. Wykonawca wskazał, że konfekcja kaset umożliwia korzystanie z produktu zarówno w analizatorze jak i w technice manualnej. Wskazując na sposób w jaki Zamawiający ma korzystać w technice manualnej z oferowanej kasety Wykonawca posiłkuje się fragmentami instrukcji odnoszącymi się do opakowań w butelkach – 100 i 500 ml.

Takie wyjaśnienia nie są wystarczające i stoją w sprzeczności z przekazaną przez Wykonawcę instrukcją korzystania z ID-Diluent 2. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z żądaniem wykazania materiałów producenta, które wskazują na możliwość korzystania z odczynnika w formie kasety w technice manualnej i automatycznie zamiennie. Z wyjaśnień Wykonawcy wynika, że taka możliwość jest dopuszczalna, jednak tego rodzaju teza nie jest potwierdzona żadnym dokumentem producenta. Dołączona do wyjaśnień instrukcja jest zbieżna z tą, którą posiada Zamawiający. Wynika z niej bezpośrednio, że ID-Diluent 2 o numerze katalogowym 009290 jest przeznaczony do Analizatorów-IH. Taki zapis instrukcji nie pozostawia wątpliwości, że producent nie dopuszcza dowolności, wymienialności, lecz wprost wskazuje na przeznaczenie tego konkretnego produktu oferowanego w określonej formie tj. metodą automatyczną. Ponadto, wbrew wyjaśnieniom Wykonawcy, który wskazując na sposób postępowania z odczynnikiem w badaniach wykonywanych techniką manualną odnosi się do fragmentów instrukcji opisujących postępowania z butelkami 100 i 500 ml, instrukcja w części „PRZYGOTOWANIE PRÓBKI KRWI (KASETY 60 X 700 µl) stanowi: „Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi Analizatorów – IH”. Oznacza to, że producent nie przewiduje, aby podmiot profesjonalny mógł postępować z odczynnikiem w formie kasety w sposób odmienny niż w korelacji z analizatorem. Zamawiający stawiając warunek „wymienności” oferowanych odczynników do stosowania zamiennie w obu metodach odnosił się do możliwości dopuszczalnych przez producenta, w sposób przewidziany przez niego, nie zaś o hipotetyczną możliwość, zwłaszcza jeśli jest w sposób oczywisty sprzeczna z instrukcją.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Z uwagi na fakt, że zaoferowany odczynnik - ID-Diluent 2 o numerze katalogowym 009290 - nie jest wymienialny pomiędzy zarówno automatycznym analizatorem jak i systemem manualnym to w ofercie brak jest odczynnika do metody manualnej. W związku z powyższym oferta Wykonawcy Diahem AG Diagnostic Products **nie odpowiada treści SIWZ – 17/P/2017** i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. i została odrzucona.

d) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:

Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

e) termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Po upływie terminu na wniesienie odwołania Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy.

Zamawiający, zgodnie z art. 94 pkt 1 ustawy P.z.p. zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy P.z.p, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

f) Zamawiający informuje, że na podstawie przepisów Działu VI - Środki Ochrony Prawnej - ustawy P.z.p. Wykonawcom przysługuje odwołanie, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIV SIWZ.

Otrzymują:

1. **GRIFOLS Polska Sp. z o. o.**
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel. 22 / 378 85 61
faks: **22/ 378 85 62**

2. **DiaHem AG Diagnostic Products**
Schlosserstrasse 4, CH-8180 Bülach
adres do korespondencji:
DiaHem Diagnostic Products sp. z o.o.
Al. Słowackiego 64, 30-004 Kraków
tel. 12 / 416 36 82
faks: **12/ 416-36-92**

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma i że jest czytelne
na nr faksu: 71 / 328 17 13.

Dyrektor
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
we Wrocławiu

Krzysztof Dworak
Krzysztof Dworak