



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:

71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ
zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 15.01.2018

Nasz znak: DZPiZ.262.6.2017.SZZ-1

Uczestnicy postępowania nr sprawy 23/P/2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa 200 000 sztuk mikrokuwet do oznaczania hemoglobiny w krwi włośniczkowej, krwi żyłnej, krwi kontrolnej wraz z dierzawą 13 sztuk hemoglobinometrów najnowszej generacji oraz dostawą materiałów zużywalnych do ich czyszczenia i konserwacji przez okres 36 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu”.

I. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Punkt 3 SIWZ – wymagania dla przedmiotu zamówienia: Tabela nr 1 – część III, punkt 4

Czy Zamawiający dopuści transmisję bezprzewodową za pomocą modułu bluetooth?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2:

Punkt 3 SIWZ – wymagania dla przedmiotu zamówienia: Tabela nr 1 – część III, punkt 4

Czy Zamawiający dopuści transmisję drogą kablową po złączu RS 232?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

Punkt 3 SIWZ – wymagania dla przedmiotu zamówienia: Tabela nr 1 – część III, punkt 5b

Czy Zamawiający dopuści identyfikację operatora tylko przez ID bez imienia i nazwiska?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający dopuści identyfikację operatora tylko przez ID, bez imienia i nazwiska.


Pytanie 4:

Punkt 3 SIWZ – wymagania dla przedmiotu zamówienia: Tabela nr 1 – część III, punkt 5e

Czy konieczna jest transmisja informacji wynik zatwierdzony, wynik niezatwierdzony, w przypadku gdy wybór wyniku ostatecznego będzie się odbywał w systemie Bank Krwi?

Odpowiedź na pytanie 4:

Do Banku Krwi transmitowany jest jeden wynik, który jest ostatecznym. O wyniku ostatecznym decyduje operator. Natomiast Zamawiający wymaga, aby w



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

protokole archiwizującym wyniki badań znajdowały się wszystkie wyniki zatwierdzone i niezatwierdzone.

Zamawiający wymaga, aby każdy hemoglobinometr posiadał możliwość wykonania powtórnego pomiaru stężenia hemoglobiny dla jednego numeru donacji oraz wyboru przez użytkownika wyniku ostatecznego z poziomu urządzenia do systemu komputerowego „Bank Krwi”

Pytanie 5:

Punkt 3 SIWZ – wymagania dla przedmiotu zamówienia: Tabela nr 1 – część III, punkt 7c

Czy konieczny jest wydruk wykresu?

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający wymaga, aby każdy hemoglobinometr miał możliwość drukowania opracowań graficznych kontroli jakości (wykresy Levey -Jennings'a) za okres wybrany przez Zamawiającego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6:

Punkt 3 SIWZ – wymagania dla przedmiotu zamówienia: Tabela nr 1 – część III, punkt 7c

Czy parametr krwi kontrolnej – zakresy referencyjne mogą być wprowadzane ręcznie, nie za pomocą czytnika?

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający wymaga, aby każdy hemoglobinometr posiadał możliwość wprowadzenia zakresów referencyjnych poprzez kod kreskowy w standardzie ISBT 128 za pomocą czytnika kodów kreskowych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

II. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy P.z.p. dokonuje następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Rozdział 3, Tabela nr 1, część III, pkt 5b

Było:

b) identyfikacji laboratorium, identyfikacji próbki badanej, mikrokuwet, kuwety kontrolnej, krwi kontrolnej oraz operatora (nazwisko i imię oraz numer identyfikacyjny operatora w Banku Krwi) poprzez kod kreskowy w standardzie ISBT 128 za pomocą czytnika kodów kreskowych

Jest:

b) identyfikacji laboratorium, identyfikacji próbki badanej, mikrokuwet, kuwety kontrolnej, krwi kontrolnej oraz operatora (numer identyfikacyjny operatora w Banku Krwi) poprzez kod kreskowy w standardzie ISBT 128 za pomocą czytnika kodów kreskowych



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

2. Rozdział 3, Tabela nr 1, część III, pkt 5c:

Było:

c) wykonania powtórnego pomiaru stężenia hemoglobiny dla jednego numeru donacji oraz wyboru przez użytkownika wyniku ostatecznego z poziomu urządzenia lub systemu komputerowego „Bank Krwi”

Jest:

c) wykonania powtórnego pomiaru stężenia hemoglobiny dla jednego numeru donacji oraz wyboru przez użytkownika wyniku ostatecznego z poziomu urządzenia do systemu komputerowego „Bank Krwi”

Dyrektor
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
we Wrocławiu


Krzysztof Dworak