



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

**Internet:**

www.rckik.wroclaw.pl  
centrum@rckik.wroclaw.pl  
www.facebook.com  
/rckikwroclaw

**Telefony:**

Centrala:  
71 371 58 10

Dyrektor:  
71 371 58 11

Sekretariat:  
71 371 58 12

Fax:  
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:  
71 371 58 26  
71 328 10 93

Laboratorium:  
71 371 58 31

**Forma prawna:**

SP ZOZ  
zarejestrowany  
w Sądzie Rejonowym dla  
Wrocławia - Fabrycznej  
we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem  
KRS: 0000034677  
NIP: PL 898-18-53-248  
REGON: 000291121

**Konto bankowe:**

Bank Gospodarstwa Krajowego  
Oddział we Wrocławiu  
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

**Certyfikat:**

FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 16.01.2018

Nasz znak: DZPiZ.262.6.2017.SZŻ-3

**Uczestnicy postępowania nr sprawy 23/P/2017**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„Dostawa 200 000 sztuk mikrokuwet do oznaczania hemoglobiny w krwi włośniczkowej, krwi żyłnej, krwi kontrolnej wraz z dzierżawą 13 sztuk hemoglobinometrów najnowszej generacji oraz dostawą materiałów zużywalnych do ich czyszczenia i konserwacji przez okres 36 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu”.**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania o następującej treści:

**Pytanie 7:**

**Roz. XI. - „Kryteria oceny ofert”**

Wnosimy o zmianę kryteriów oceny oferty w zakresie parametrów technicznych (waga: 30% - posiadanie przez hemoglobinometr czytnika zewnętrznego) oraz zastąpienie tego parametru innymi kryteriami związanymi z przedmiotem zamówienia. Uzasadnienie:

Na rynku polskim hemoglobinometry oferowane są obecnie przez dwie firmy. Nasza firma posiada produkt z czytnikiem wewnętrznym, w ofercie konkurencji znajdują się hemoglobinometry z czytnikiem zewnętrznym. Określenie wagi kryterium na poziomie 30% oznacza rażącą preferencję produktu naszej konkurencji. Naszym zdaniem narusza to zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców określoną w par. 7 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Za jednym z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej:

„Do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców może dojść również w sposób pośredni, tj. w taki sposób, że niektórzy wykonawcy będą mogli złożyć ważną

i odpowiadającą siwz ofertę, ale z uwagi na ukształtowanie kryteriów oceny oferty oferta taka nie będzie mogła realnie konkurować z ofertami innych wykonawców. Tego typu ograniczenia konkurencji są nie jako efektem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które uzyskać ma jedna oferta najbardziej konkurencyjna. Zasada równego traktowania wykonawców bowiem polega na traktowaniu wykonawców w jednakowy sposób (bez preferowania jednych

i dyskryminowania innych), co do dostępności informacji o postępowaniu, warunków udziału, wymaganych dokumentów, czyli na przykładaniu tej samej miary do każdego wykonawcy”. (wyrok: Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. akt: KIO 2559/14

Dodatkowo zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce nie ma zapisów, które wskazywałyby, aby preferować urządzenia z zewnętrznymi czytnikami kodów kreskowych. Jednocześnie podkreślamy, że analizatory z wbudowanym czytnikiem, bez żadnych zastrzeżeń, od wielu lat pracują w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa m.in. w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Lublinie, Kielcach, Kaliszu, Radomiu, Szczecinie i innych.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Również z Państwa strony w przeciągu 3 lat umowy na dostawę mikrokuwet do oznaczania hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów z wbudowanymi czytnikami nie było żadnych sygnałów o awaryjności naszych analizatorów oraz kwestionujących ich funkcjonalność.

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający określił kryteria oceny ofert w SIWZ. Są to – oferowana cena, parametry techniczne i termin dostawy na cito. Z uwagi na uzasadnione potrzeby związane z funkcjonalnością, sposobem i warunkami użytkowania hemoglobinometrów, a także ergonomią pracy przy korzystaniu z czytnika zewnętrznego manualnego w czasie ekip wyjazdowych poza RCKiK, Zamawiający ustanowił kryterium „parametry techniczne”. Z opisu kryterium wynika, że Zamawiający dodatkowo przyzna przy randze (R) 30% 30 pkt za zaoferowanie czytnika zewnętrznego do każdego hemoglobinometru w ofercie danego Wykonawcy.

Zamawiający natomiast nie określił rodzaju czytnika jakiego wymaga. Zamawiający dopuszcza zarówno czytnik zewnętrzny, jak i wewnętrzny (wbudowany).

Dyrektor  
Regionalnego Centrum  
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza  
we Wrocławiu  
*Krzysztof Dworak*  
Krzysztof Dworak