



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ
zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 19.04.2018
Nasz znak: DZPiZ.262.8.2018.MSP-2

Uczestnicy postępowania nr sprawy 08/P/2018

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz zmiany treści SIWZ na:

„Dostawa pojemników z płynem fizjologicznym ACD do zabiegów aferez w okresie 18 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” nr sprawy 08/P/2018

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Dotyczy akapitu nr 3 Tabeli 1.2.1 Nazwa i opis przedmiotu zamówienia, Cz. I SIWZ oraz Cz. 5 formularza ofertowego zał. nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby pojemniki z płynem były wyposażone w bezpieczny łącznik antykoagulantu, zwiększający bezpieczeństwo dawcy/pacjenta w trakcie procedur aferezy? Bezpieczny łącznik (odwrócony łącznik luer wprowadzony na linii antykoagulantu, który zastąpił dotychczasowy zakłuwacz typu „spike”) minimalizuje możliwość przypadkowego, nieprawidłowego podłączenia drenów z roztworami poprzez zapewnienie innego sposobu podłączenia w przypadku każdego rodzaju roztworu stosowanego w procedurze aferezy. Oferowany przez naszą firmę roztwór antykoagulantu ACD-A jest używany w wielu centrach krwiodawstwa na terenie Polski w tym w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Słupsku, Warszawie oraz Poznaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby pojemniki z płynem były wyposażone w bezpieczny łącznik antykoagulantu. Zamawiający dopuści pojemniki z płynem ACD wyposażone w bezpieczny łącznik antykoagulantu dostarczany do Zamawiającego wraz z



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

odpowiednim adapterem umożliwiającym podłączenie tego pojemnika do używanych w RCKiK we Wrocławiu zestawów jednorazowych do poboru płytek krwi (producent: Haemonetics) i do poboru osocza (producent: Fenwal) pod warunkiem uwzględnienia w cenie oferty ceny pojemnika z płynem ACD wraz adapterem.

Pytanie 2:

Dotyczy akapitu nr 6 Tabeli 1.2.1 Nazwa i opis przedmiotu zamówienia, Cz. I SIWZ oraz Cz. 5 formularza ofertowego zał. nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na oferowanym pojemniku, lub indywidualnym opakowaniu pojemnika, znajdowały się informacje LOT i numer ważności w formie alfanumerycznej oraz wspólny kod kreskowy (pod kodem zapis alfanumeryczny) zawierający informację: numer katalogowy (REF) i numer serii oraz datę ważności danego pojemnika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aby na oferowanym pojemniku lub indywidualnym opakowaniu pojemnika znajdowały się informacje LOT i data ważności w formie alfanumerycznej oraz wspólny kod kreskowy (pod kodem zapis alfanumeryczny) zawierający informację: numer katalogowy (REF) i numer serii oraz datę ważności danego pojemnika.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dyrektor
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
we Wrocławiu

Krzysztof Dworak
Krzysztof Dworak