



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:

71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ
zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2015

Wrocław, dnia 11.01.2019

Nasz znak: DZPiZ.262.19.2018.MSP-3

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie zadane Zamawiającemu oraz modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa jednorazowych zestawów do separatorów MCS+ firmy Haemonetics dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

– nr sprawy 19/P/2018

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania o następującej treści oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia zapisy SIWZ:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu, aby zestawy do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) spełniały następujące wymagania:
Koncentracja krwinek płytkowych przy minimum 5-dniowym ich przechowywaniu wynosiła: 1,5 - 2,0 x 10⁹/ml.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby zestawy do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) spełniały następujące wymagania:

Liczba krwinek płytkowych powyżej 3x10¹¹/składnik przy minimum 5-dniowym ich przechowywaniu

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp, w związku z odpowiedzią na pytanie 1 zmieniają się zapisy SIWZ, a mianowicie:



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

W rozdziale I w pkt 3.5.

Było:

Zestawy wyposażone w pojemniki z tworzywa umożliwiającego przechowywanie uzyskiwanych w wyniku separacji UKKP przez co najmniej 5 dni.

Koncentracja krwinek płytkowych przy minimum 5-dniowym ich przechowywaniu - wartości referencyjne $1,5 - 2,0 \times 10^9/\text{ml}$ oraz utrzymanie pH składnika w ostatnim dniu przechowywania powyżej 6,4.

Jest:

Zestawy wyposażone w pojemniki z tworzywa umożliwiającego przechowywanie uzyskiwanych w wyniku separacji UKKP przez co najmniej 5 dni.

Liczba krwinek płytkowych przy minimum 5-dniowym ich przechowywaniu powyżej 3×10^{11} /składnik oraz utrzymanie pH składnika w ostatnim dniu przechowywania powyżej 6,4.

Zmienia się w rozdziale VIII *Termin i miejsce składania ofert* w pkt 1

Było:

Ofertę należy złożyć w siedzibie - sekretariacie Zamawiającego pok. S307A we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, do dnia 14-01-2019 do godz. 11:00 lub przesać na adres Zamawiającego do wyznaczonego terminu.

Jest:

Ofertę należy złożyć w siedzibie - sekretariacie Zamawiającego pok. S307A we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, **do dnia 16-01-2019 do godz. 11:00** lub przesać na adres Zamawiającego do wyznaczonego terminu.

Zmienia się w rozdziale IX *Termin otwarcia ofert* w pkt 1

Było:



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14-01-2019 o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. S406.

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16-01-2019 o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego w pok.S.406.

Zmienia się w rozdziale VI *Wadium* w pkt 4

Było:

Wadium może być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 14-01-2019 do godz. 11.00.

Jest:

Wadium może być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do **16-01-2019 do godz. 11.00.**

Wprowadzone zmiany treści obowiązują stosownie w całym SIWZ wraz z załącznikami.

Dyrektor
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
we Wrocławiu


Krzysztof Dworak