

# Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

**Internet:**

www.rckik.wroclaw.pl  
centrum@rckik.wroclaw.pl  
www.facebook.com  
/rckikwroclaw

**Telefony:**

Centrala:  
71 371 58 10

Dyrektor:  
71 371 58 11

Sekretariat:  
71 371 58 12

Fax:  
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:  
71 371 58 26  
71 328 10 93

Laboratorium:  
71 371 58 31

**Forma prawna:**

SP ZOZ  
zarejestrowany  
w Sądzie Rejonowym dla  
Wrocławia – Fabrycznej  
we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem  
KRS: 0000034677  
NIP: PL 898-18-53-248  
REGON: 000291121

**Konto bankowe:**

Bank Gospodarstwa Krajowego  
Oddział we Wrocławiu  
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

**Certyfikat:**

FS 505163



ISO 9001:2015

Wrocław, dnia 07.02.2019

Nasz znak: DZPiZ.262.5.2019.MP-2

**Uczestnicy postępowania nr 5/P/2019**

**Dotyczy: pismo dot. odpowiedzi na pytanie do SIWZ wraz z modyfikacją treści SIWZ – nr 5/P/2019 na: „Dostawę filtrów antyleukocytarnych–laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 18 miesięcy”**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie z dnia: 06-02-2019r. o następującej treści:

➤ **Pytanie 1 - SIWZ**

**Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia**

1. Dot. A.D j. Zamawiający wymaga, ażeby zaoferowane filtry posiadały oddzielną komorę pozwalającą na usunięcie większych konglomeratów komórkowych przed rozpoczęciem filtracji, powszechnie nazwaną pre- filtrem. Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw do filtracji KKCz gdzie pre-filtr jest zintegrowany z obudową filtra właściwego, przy spełnieniu pozostałych wymagań? Takie rozwiązanie znacznie skraca czas filtracji (brak konieczności napełniania filtra i obracania pojemnika) oraz ogranicza straty preparatu. Produkt taki jest używany w wielu Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi zwracamy się o zmianę Kryterium oceny ofert „Kryterium z poz.4- funkcjonalność KP, i zrównoważenie punktacji dla filtrów antyleukocytarne–laboratoryjne do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych posiadają oddzielną komorę przepływową pozwalającą na usunięcie większych konglomeratów komórkowych przed rozpoczęciem filtracji, oraz filtrów



## Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

posiadających pre- filtr zintegrowany z obudową filtra. Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a w ślad za podwyższeniem konkurencyjności przyczyni się do obniżenia kosztów całego pakietu.

### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Po rozważeniu funkcjonalności rozwiązania , w którym pre-filtr jest zintegrowany z obudową filtra, pozwalając na usunięcie większych konglomeratów komórkowych przed przejściem przez filtr właściwy podobnie jak w przypadku osobnego filtra w postaci wydzielonej komory, zamawiający przyzna w kryterium oceny ofert -funkcjonalność - KP dodatkowe 10 pkt ofercie posiadającej odpowiednio w/w rozwiązania.

➤ **W związku z odpowiedzią na pytanie 1. na podstawie art. 38 ust. 4 PZP ulegają zmianie zapisy SIWZ 5/P/2019, a mianowicie:**


❖ **Zamawiający zmienia treść w SIWZ – Rozdział I pkt 3.1. ppkt j.; oraz załącznik nr 3. do SIWZ - pkt 6.3.:**

• **Było (rozdział I pkt 3.1. ppkt j) :**

„posiadały oddzielną komorę przepływową pozwalającą na usunięcie większych konglomeratów komórkowych przed rozpoczęciem filtracji – w przypadku posiadania w/w oddzielnej komory przepływowej przez zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie filtry, będące przedmiotem zamówienia, oferta danego Wykonawcy otrzyma 10 pkt za kryterium „funkcjonalność - KP” - patrz rozdz. XI SIWZ - kryteria oceny ofert oraz załącznik ofertowy nr 3. do SIWZ - pkt 6.3.”

• **Jest (rozdział I pkt 3.1. ppkt j):**

„posiadały oddzielną komorę przepływową lub pre-filtr zintegrowany z obudową filtra, pozwalające na usunięcie większych konglomeratów komórkowych przed przejściem przez filtr właściwy – w przypadku posiadania w/w oddzielnej komory przepływowej lub w przypadku posiadania pre-filtra zintegrowanego z obudową filtra, pozwalających na usunięcie większych konglomeratów komórkowych przed przejściem przez filtr właściwy, przez zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie filtry, będące przedmiotem zamówienia, oferta danego Wykonawcy otrzyma 10 pkt za kryterium „funkcjonalność - KP” - patrz rozdz. XI SIWZ - kryteria oceny ofert oraz załącznik ofertowy nr 3. do SIWZ - pkt 6.3.”



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

❖ Zamawiający zmienia treść SIWZ dot. załącznika - formularz ofertowy nr 3. do SIWZ - pkt 6.3. :

- Było (załącznik nr 3. do SIWZ - pkt 6.3.):

„Oświadczamy, że zaferowane w ofercie filtry antyleukocytarne–laboratoryjne do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych posiadają\* / nie posiadają\* oddzielną/ęj komorę/y przepływową/wej pozwalającą/cej na usunięcie większych konglomeratów komórkowych przed rozpoczęciem filtracji.

*\*niepotrzebne skreślić (brak skreślenia obydwu możliwości albo skreślenie stwierdzenia, że zaferowane w ofercie filtry antyleukocytarne–laboratoryjne do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych nie posiadają oddzielnej komory przepływowej pozwalającej na usunięcie większych konglomeratów komórkowych przed rozpoczęciem filtracji, skutkować będzie otrzymaniem za kryterium „funkcjonalność-KP” 0 pkt.)”*

- Jest (załącznik nr 3. do SIWZ - pkt 6.3.):

„Oświadczamy, że zaferowane w ofercie filtry antyleukocytarne–laboratoryjne do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych posiadają\* / nie posiadają\* oddzielną/ęj komorę/y przepływową/wej lub pre-filtr/a zintegrowany/ego z obudową filtra, pozwalające na usunięcie większych konglomeratów komórkowych przed przejściem przez filtr właściwy.

*\*niepotrzebne skreślić (brak skreślenia obydwu możliwości albo skreślenie stwierdzenia, że zaferowane w ofercie filtry antyleukocytarne–laboratoryjne do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych nie posiadają oddzielnej komory przepływowej lub nie posiadają pre-filtra zintegrowanego z obudową filtra, pozwalających na usunięcie większych konglomeratów przed przejściem przez filtr właściwy, skutkować będzie otrzymaniem za kryterium „funkcjonalność-KP” 0 pkt.)”*

W/w zmiany, określone powyżej, obowiązują stosownie w całej SIWZ wraz z załącznikami nr 5/P/2019.