



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ
zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2015

Wrocław, dnia 27.03.2019

Nasz znak: DZPiZ.262.4.2019.MSP-4

Uczestnicy postępowania nr sprawy 04/P/2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie zadane Zamawiającemu oraz modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa zestawów jednorazowych do poboru osocza metodą plazmaferezy automatycznej wraz z dzierżawą separatorów osoczowych przez okres 36 miesięcy”- nr sprawy 04/P/2019

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie o następującej treści oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia zapisy SIWZ:

Pytanie 13:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący pojemników z 0,9% NaCl – wymagania: Punkt 4.6

Zamawiający dopuścił pojemniki plastikowe typu „butelka”, czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu punktu 4.6 – pojemniki typu butelka nie wymagają dodatkowego indywidualnego opakowania? Tego typu pojemniki są powszechnie używane w szpitalach, są trwalsze niż pojemnik typu „worek” jednocześnie ich porty są odpowiednio zabezpieczone zapewniając jałowość i apirogenność.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby pojemniki typu „butelka” nie były zamknięte w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym. Jednak muszą być zabezpieczone w taki sposób, żeby zapewnić ich jałowość i apirogenność.

W przypadku braku indywidualnego opakowania, na butelce musi znajdować się m.in. numer serii w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego.

W związku z odpowiedzią na pytanie 13 na podstawie art. 38 ust. 4 PZP ulegają zmianie zapisy SIWZ 04/P/2019, a mianowicie:



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Zamawiający zmienia treść w SIWZ – Rozdział I pkt 4.6.

Było

Każdy pojedynczy pojemnik musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jałowości i apirogenności pojemników oraz odpowiednie warunki przechowywania.

Jest

Pojedynczy pojemnik typu „worek” musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jałowości i apirogenności pojemników oraz odpowiednie warunki przechowywania.

Pojedynczy pojemnik typu „butelka” nie musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym. Jednak musi być zabezpieczony w taki sposób, żeby zapewnić jego jałowość i apirogenność.

Wprowadzone zmiany treści obowiązują stosownie w całym SIWZ wraz z załącznikami

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

mgr. Jacek Blicharski