



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:

71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ
zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2015

Wrocław, dnia 16.01.2020

Nasz znak: DZPiZ.262.24.2019.MSP-3

Uczestnicy postępowania nr sprawy 24/P/2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie zadane Zamawiającemu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa urządzenia do zgrzewania i etykietowania drenów dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

– nr sprawy 24/P/2019

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania o następującej treści:

Pytanie 1:

SIWZ I. pkt 1 pozycja 5 w tabeli

Obecna treść:

Obsługa drenów PVC o średnicy zewnętrznej 4-6 mm o długości od 700 do 900 mm.

Czy Zamawiający akceptuje informację, iż dren długości 700 mm jest za krótki do wykonania 5 segmentów. Do wykonania 4 zgrzewów na drenie 700 mm niezbędna jest rekonfiguracja urządzenia. Taka rekonfiguracja jest dodatkową, odpłatną usługą.

Uzasadnienie:

brak możliwości wykonania pięciu podwójnych zgrzewów na drenie 700mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie ilości wymaganych 5 zgrzewów.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Pierwszy zgrzew od strony pojemnika powinien być wykonany w odległości nie mniejszej niż 10 cm. Wszystkie odcinki drenu (pilotki) powinny mieć długość min. 10 cm. Pierwszy odcinek drenu (pilotka) musi być oddzielony od strony pojemnika 3 zgrzewami, a kolejne odcinki drenów (pilotki) powinny być oddzielone 2 zgrzewami wykonanymi w odległości nie mniejszej niż 5-10 mm od siebie.

Pytanie 2:

SIWZ I. pkt 1 pozycja 7 w tabeli

Czy Zamawiający dopuszcza sygnalizację dot. trwania procesu zgrzewania na panelu dotykowym na urządzeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sygnalizację dot. trwania procesu zgrzewania na panelu dotykowym urządzenia.

Pytanie 3:

SIWZ I. pkt 1 pozycja 8 w tabeli

Czy Zamawiający dopuszcza sygnalizację dotyczącą nieprawidłowej pracy/awarii na panelu dotykowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sygnalizację dotyczącą nieprawidłowej pracy/awarii na panelu dotykowym.

Pytanie 4:

SIWZ I. pkt 1 pozycja 13 w tabeli

Obecna treść:

Równomierne, bez zagięć oklejenie etykietą odcinka drenu

Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści punktu na:

Nowa treść:



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

"Równomierne oklejenie etykietą odcinka drenu"

Uzasadnienie:

Zagięcie etykiety w połowie jest niezbędne do prawidłowego oklejenia drenu.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje zmianę treści na „Równomierne oklejenie etykietą odcinka drenu”.

Pytanie 5:

SIWZ I. pkt 1 pozycja 17 w tabeli

Obecna treść:

Oprogramowanie umożliwiające identyfikację operatora

Czy Zamawiający akceptuje identyfikację operatora poprzez wczytanie kodu kreskowego lub wprowadzenie indywidualnego kodu operatora?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje identyfikację operatora poprzez wczytanie kodu kreskowego lub wprowadzenie indywidualnego kodu operatora.

Pytanie 6:

SIWZ I. pkt 4.2

Obecna treść:

Pełna gwarancja na urządzenie powinna obejmować nieodpłatne naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów, które uległy uszkodzeniu – w miejscu instalacji urządzenia.

Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści punktu na:

Nowa treść:

Pełna gwarancja na urządzenie powinna obejmować nieodpłatne naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów, które



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

uległy uszkodzeniu, powstałe nie z winy użytkownika – w miejscu instalacji urządzenia, o ile będzie to możliwe.

Uzasadnienie:

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń fizycznych urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący:

Pełna gwarancja na urządzenie powinna obejmować nieodpłatne naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów, które uległy uszkodzeniu, powstałe nie z winy użytkownika – w miejscu instalacji urządzenia, o ile będzie to możliwe.

Pytanie 7:

SIWZ I. pkt 4.3

Obecna treść:

Czas reakcji serwisowej, to jest czas jaki upłynął pomiędzy zgłoszeniem usterki a przystąpieniem serwisanta do jej usuwania, nie będzie dłuższy niż 24 godzin od zgłoszenia awarii faksem lub mailem. Czas niezbędny do ich usunięcia nie może przekraczać 3 dni od daty zgłoszenia

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę czasu reakcji na 2 dni robocze? Czy Zamawiający dopuszcza zmianę czasu niezbędnego do usunięcia awarii do nieprzekraczającego 3 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8:

SIWZ I. pkt 4.4

Obecna treść:



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

W wypadkach, gdy czas naprawy wynosi powyżej 3 dni od daty zgłoszenia. Na ten czas Wykonawca udostępni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach użytkowych i zapewni na swój koszt przegląd, kwalifikację i walidację instalacyjną i operacyjną zastępczego urządzenia.

Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści punktu na:

Nowa treść:

W wypadkach, gdy czas naprawy wynosi powyżej 3 dni od daty zgłoszenia, czas przekroczenia wydłuża czas trwania gwarancji

Uzasadnienie:

Spełnienie wymagań tego punktu wymagałoby znaczącego podniesienia ceny oferty w celu zapewnienia urządzenia zastępczego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9:

SIWZ I. pkt 4.5

Obecna treść:

W przypadku trzykrotnego uszkodzenia tego samego podzespołu w urządzeniu w okresie gwarancji, Wykonawca wymieni urządzenie na fabrycznie nowe i wykona na swój koszt przegląd techniczny, kwalifikację instalacyjną, operacyjną i procesową (przy udziale Zamawiającego).

Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści punktu na:

Nowa treść:

W przypadku trzykrotnego uszkodzenia tego samego podzespołu w urządzeniu w okresie gwarancji, Wykonawca wymieni ten podzespół na fabrycznie nowy.

Uzasadnienie:



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ
zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:
FS 505163



ISO 9001:2015

Wrocław, dnia

Nasz znak:

Spełnienie wymagań tego punktu wymagałoby znaczącego podniesienia ceny oferty w celu zapewnienia urządzenia zastępczego.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis na następujący:

*W przypadku **pięciokrotnego** uszkodzenia tego samego podzespołu w urządzeniu w okresie gwarancji, Wykonawca wymieni urządzenie na fabrycznie nowe i wykona na swój koszt przegląd techniczny, kwalifikację instalacyjną, operacyjną i procesową (przy udziale Zamawiającego).*

Pytanie 10:

Rozdz. XII. ROZLICZENIA FINANSOWE pkt 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z 30 do 7 dni?

JEST:

2. Zapłata przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru przez obie strony.

PO ZMIANIE:

2. Zapłata przelewem na konto Wykonawcy, w terminie **7 dni** od daty wystawienia faktury VAT po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru przez obie strony.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Wprowadzone zmiany treści obowiązują stosownie w całym SIWZ wraz z załącznikami.