



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ

zarejestrowany

w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem

KRS: 0000034677

NIP: PL 898-18-53-248

REGON: 000291121

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2015

Wrocław, 20.05.2020

Znak sprawy: DZPiZ.262.5.2020.MSP-3

Uczestnicy postępowania nr sprawy 05/P/1-2/2020

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa zestawów jednorazowych do pobierania składników krwi metodą aferezy automatycznej wraz z dzierżawą separatorów komórkowych przez okres 24 miesięcy tj:

zadanie 1: dostawa jednorazowych zestawów do pobierania koncentratu krwinek płytkowych oraz koncentratu krwinek czerwonych wraz z dzierżawą 10 separatorów komórkowych

zadanie 2: dostawa jednorazowych zestawów do pobierania koncentratu granulocytarnego oraz koncentratu krwinek płytkowych wraz z dzierżawą 1 separatora komórkowego

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania o następującej treści oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp oraz zmienia zapisy SIWZ:

Pytanie 1

Zestawienie cenowo – asortymentowe w formularzu oferty dla zadania 1 (załącznik nr 2A do SIWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga odrębnego wycenienia poszczególnych elementów ujętych w pozycji nr 6 dla zadania nr 1, czyli że wykonawca może podać jedną kwotę obejmującą czynsz za dzierżawę zarówno separatorów, jak i wyposażenia dodatkowego (skanerów, stanowisk komputerowych, drukarki laserowej z materiałami eksploatacyjnymi, UPS-ów, itp.)

Odpowiedź

Wykonawca może podać jedną kwotę obejmującą czynsz za dzierżawę zarówno separatorów, jak i wyposażenia dodatkowego (skanerów, stanowisk komputerowych, drukarki laserowej z materiałami eksploatacyjnymi, UPS-ów, itp.) lub też może dokonać odrębnego wycenienia poszczególnych elementów ujętych w pozycji nr 6 w Zestawieniu cenowo – asortymentowym w formularzu oferty dla zadania 1.

Pytanie 2

Punkty 6.11. dla zadania nr 1 w część I SIWZ

Czy przez „materiały eksploatacyjne niezbędne do użytkowania drukarki” Zamawiający rozumie również papier do drukowania?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do zaferowanej drukarki, bez papieru do drukowania.

Pytanie 3

Tabela 1 dla zadania nr 1 pkt. zestawy z punktów 1 i 2 czy trzeba wycenić dodatkowo płyny, skoro niezbędna ich ilość została już wymienione w poz. 3, 4, 5. Prosimy o



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

potwierdzenie, iż należy wyceniać ilości zgodnie z formularzem ofertowym zał. nr 2A, pkt. 3 czyli osobno zestawy, a ilości płynów zgodnie z ilością podaną przez Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że należy wyceniać ilości płynów podane w pozycjach 3, 4 i 5 w Zestawieniu cenowo – asortymentowym w formularzu oferty załącznik nr 2A dla zadania 1.

Pytanie 4

Punkty 6.11. dla zadania nr 1 w część I SIWZ

Czy Zamawiający wymaga jednorazowej dostawy materiałów eksploatacyjnych czy też dostawy te mogą następować sukcesywnie?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga sukcesywnej dostawy na pisemne zamówienie wysłane do Wykonawcy.

Pytanie 5

Wnosimy o potwierdzenie, że ilekroć Zamawiający posługuje się w SIWZ terminem „dni robocze” oznacza to dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że posługując się w SIWZ terminem „dni robocze” oznacza to dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 6

Punkt 8.4. dla zadania nr 1 i punkt 6.4. dla zadania nr 2 w części I SIWZ, oraz § 3 ust. 6 pkt 6.4 wzoru umowy (załącznik nr 3A do SIWZ) i § 3 ust. 5 pkt 5.4 wzoru umowy (załącznik nr 3B do SIWZ), dotyczące dostaw na cito

Jak należy rozumieć pojęcie „wyjątkowych sytuacji”, w których wykonawca będzie zobowiązany do dostawy zestawów w terminie dostawy na cito? Prosimy o przykładowe wskazanie takich sytuacji. Prosimy o wskazanie przewidywanej częstotliwości dostaw w terminie na cito np. w miesiącu kalendarzowym.

Odpowiedź

Przez wyjątkowe sytuacje Zamawiający rozumie nagły wzrost zapotrzebowania na składniki krwi powstały w wyniku np.: klęsk żywiołowych, masowych wypadków, stanów wyjątkowych ogłoszonych w regionie, uszkodzeń lub zniszczeń zapasów magazynowych, wzrost liczby nieprzewidywanych procedur w terapii koncentratami granulocytarnymi w podmiotach leczniczych i inne .

W związku ze specyfiką w/w sytuacji, Zamawiający nie może przewidzieć ich częstotliwości, ale wg dotychczasowych doświadczeń nie są to częste procedury.

Pytanie 7

Punkt 6.4. dla zadania nr 2 w części I SIWZ, oraz § 3 ust. 5 pkt 5.4 wzoru umowy (załącznik nr 3B do SIWZ), w zakresie terminu dostawy na cito stanowiącego kryterium oceny ofert dla zadania nr 2



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Wnosimy o potwierdzenie, że krótszy termin dostaw na cito (za który mogą być przyznane punktu w kryterium oceny ofert dla zadania nr 2) dotyczy wyłącznie zestawów do poboru koncentratu granulocytarnego (jak w punkcie 2.4 dla zadania nr 2 w części XI SIWZ Kryteria oceny ofert).

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że krótszy termin dostaw na cito (za który mogą być przyznane punktu w kryterium oceny ofert dla zadania nr 2) dotyczy wyłącznie dostawy zestawów do pobierania koncentratu granulocytarnego.

Pytanie 8

Punkt 5.3. formularza ofertowego dla zadania nr 2 (Załącznik nr 2B do SIWZ)

Prosimy o potwierdzenie, że punkt 5.3. formularza ofertowego dla zadania nr 2 dotyczy terminu dostawy na cito tylko zestawów do poboru koncentratu granulocytarnego (jak w punkcie 2.4 dla zadania nr 2 w części XI SIWZ Kryteria oceny ofert).

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że punkt 5.3. formularza ofertowego dla zadania nr 2 dotyczy terminu dostawy na cito tylko zestawów do pobierania koncentratu granulocytarnego.

Pytanie 9

Punkty 9.2 dla zadania nr 1 oraz punkty 7.2 dla zadania nr 2 w części I SIWZ oraz § 5 ust. 2 wzorów umów (załączniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek wymiany wadliwych zestawów na nowe odnosi się do sytuacji, gdy reklamacja dotyczy całej dostarczonej partii zestawów, natomiast w przypadku reklamacji pojedynczych zestawów, po potwierdzeniu zasadności reklamacji, wykonawca będzie zobowiązanych do korekty faktury VAT i zwrotu ceny zapłaconej przez Zamawiającego za wadliwe zestawy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że obowiązek wymiany wadliwych zestawów/płynów na nowe odnosi się do sytuacji, gdy reklamacja dotyczy całej dostarczonej partii zestawów/płynów, natomiast w przypadku reklamacji pojedynczych zestawów/płynów, po potwierdzeniu zasadności reklamacji, wykonawca będzie zobowiązany do korekty faktury VAT i zwrotu ceny zapłaconej przez Zamawiającego za wadliwe zestawy/płyny.

Pytanie 10

Punkty 9.5 dla zadania nr 1 oraz punkty 7.5 dla zadania nr 2 w części I SIWZ oraz § 5 ust. 5 wzorów umów (załączniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, że wskazane postanowienia dotyczą odbioru towaru po rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji przez wykonawcę w terminie określonym w punktach 9.4 dla zadania nr 1 i 7.4 dla zadania nr 2.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że wskazane postanowienia dotyczą odbioru towaru po rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji przez wykonawcę w terminie określonym w SIWZ.

Pytanie 11



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Punkty 9.6 dla zadania nr 1 oraz punkty 7.6 dla zadania nr 2 w części I SIWZ oraz § 5 ust. 6 wzorów umów (załączniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na wymianę wadliwych zestawów lub płynów w ten sposób, że termin ten będzie liczony od uznania reklamacji przez wykonawcę?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Punkt 9.7. dla zadania nr 1 i punkt 7.9. dla zadania nr 2 w części I SIWZ oraz § 5 ust. 7 wzorów umów (załączniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, że powyższe postanowienia nie mają zastosowania, jeżeli zła jakość składnika krwi będzie spowodowana awarią urządzenia wynikłą z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności wskutek używania separatora w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi lub przez nieprzeszkolony personel.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że powyższe postanowienia nie mają zastosowania, jeżeli zła jakość składnika krwi będzie spowodowana awarią urządzenia wynikającą z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności wskutek używania separatora w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi lub przez nieprzeszkolony personel.

Wykonawca musi przedstawić dowody na powyższe.

Pytanie 13

Punkty 10.1. i 10.2. dla zadania nr 1 oraz punkty 8.1. i 8.2. dla zadania nr 2 w części I SIWZ oraz § 6 ust. 1 i 2 wzorów umów (załączniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, że wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie lub brak sprawności separatorów spowodowane okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności wskutek używania separatora w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi lub przez nieprzeszkolony personel, oraz że w takim przypadku koszty naprawy separatora oraz jego przeglądu i walidacji po naprawie poniesie Zamawiający.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie lub brak sprawności separatorów spowodowane okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności wskutek używania separatora w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi lub przez nieprzeszkolony personel, oraz że w takim przypadku koszty naprawy separatora oraz jego przeglądu i walidacji po naprawie poniesie Zamawiający.

Wykonawca musi przedstawić dowody na powyższe.

Pytanie 14

Punkt 10.3 dla zadania nr 1 i punkt 8.3 dla zadania nr 2 w części I SIWZ oraz § 6 ust. 3 wzorów umów (załączniki nr 3A i 3B do SIWZ)



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by w sytuacji, gdy zgłoszenie awarii separatora nastąpi w piątek lub sobotę, terminy na czas reakcji i na naprawę rozpoczynały bieg w poniedziałek o godz. 8:00? Ewentualnie, gdyby dany termin upływał w sobotę lub niedzielę, by termin ten uległ odpowiedniemu wydłużeniu do najbliższego dnia roboczego?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, by w sytuacji, gdy termin na czas reakcji upływa w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, to wówczas termin ten ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu do najbliższego dnia roboczego.

Pytanie 15

Punkt 10.3 dla zadania nr 1 i punkt 8.3 dla zadania nr 2 w części I SIWZ oraz § 6 ust. 3 wzorów umów (załączniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w sformułowaniu „przy czym czas przyjazdu, ustalenia usterek lub uszkodzeń oraz naprawy urządzenia nie może być dłuższy niż ...” słowa „przyjazdu”. W razie pozytywnej odpowiedzi Zamawiającego sformułowanie to otrzymałoby brzmienie „przy czym czas ustalenia usterek lub uszkodzeń oraz naprawy urządzenia nie może być dłuższy niż ...”

Na uzasadnienie proponowanej zmiany wyjaśniamy, że część wad lub usterek urządzenia można naprawić zdalnie. Nie zawsze zatem przyjazd do siedziby Zamawiającego jest konieczny.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w sformułowaniu „przy czym czas przyjazdu, ustalenia usterek lub uszkodzeń oraz naprawy urządzenia nie może być dłuższy niż ...” słowa „przyjazdu”.

W związku z odpowiedzią na pytanie 15 zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia się w Punkt 10.3 dla zadania nr 1 i punkt 8.3 dla zadania nr 2 w części I SIWZ

Było:

Czas reakcji serwisu rozumiany jako diagnoza awarii/usterki wynosi max 24 godziny od telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia awarii/usterki, przy czym czas przyjazdu, ustalenia usterek lub uszkodzeń oraz naprawy urządzenia nie może być dłuższy (...)

Jest:

Czas reakcji serwisu rozumiany jako diagnoza awarii/usterki wynosi max 24 godziny od telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia awarii/usterki, przy czym czas ustalenia usterek lub uszkodzeń oraz naprawy urządzenia nie może być dłuższy (...)

Pytanie 16

Punkt 8.3. dla zadania nr 2 w części I SIWZ oraz § 6 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 3B do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy separatora z 24 godzin do 3 dni roboczych (jak w zadaniu nr 1)? Zwracamy uwagę, że jest to wysokospecjalistyczne urządzenie do którego naprawcze podzespoły muszą być sprowadzane często z europejskiego oddziału firmy.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy separatora z 24 godzin do 48 godzin.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

W związku z odpowiedzią na pytanie 16 zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia się w zadaniu 2 w rozdziale I pkt 8.3.

Było:

Czas reakcji serwisu rozumiany jako diagnoza awarii/usterki wynosi max 24 godziny od telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia awarii/usterki, (...) nie może być dłuższy niż 24 godziny od daty zgłoszenia.

Jest:

Czas reakcji serwisu rozumiany jako diagnoza awarii/usterki wynosi max 24 godziny od telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia awarii/usterki, (...) nie może być dłuższy niż 48 godzin od daty zgłoszenia.

Pytanie 17

Punkt 10.3.1. dla zadania nr 1 i 8.3.1. dla zadania nr 2 w części I SIWZ oraz § 6 ust. 3.1. wzorów umów (załączniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by w opisanej tam sytuacji (usunięcie awarii/usterki w obowiązującym terminie nie będzie możliwe) wykonawca mógł zapewnić urządzenie zastępcze lub wymienić urządzenie na nowe (zamiast dostarczać urządzenie zastępcze na czas naprawy) także z własnej inicjatywy (bez wniosku Zamawiającego), jeżeli wykonawca na własny koszt przeprowadzi odpowiednie procedury umożliwiające pracę na tym urządzeniu?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Punkt 10.3.3. dla zadania nr 1 i punkt 8.3.3. dla zadania nr 2 w części I SIWZ oraz § 6 ust. 3.3. wzorów umów (załączniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by Wykonawca mógł wymienić urządzenie na nowe również, jeżeli naprawa urządzenia będzie ekonomicznie nieopłacalna, np. koszty naprawy będą przewyższać połowę wartości urządzenia, jeżeli wykonawca na własny koszt przeprowadzi odpowiednie procedury umożliwiające pracę na tym urządzeniu?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, by Wykonawca mógł wymienić urządzenie na nowe również, jeżeli naprawa urządzenia będzie ekonomicznie nieopłacalna, np. koszty naprawy będą przewyższać połowę wartości urządzenia, jeżeli wykonawca na własny koszt przeprowadzi odpowiednie procedury umożliwiające pracę na tym urządzeniu.

W związku z odpowiedzią na pytanie 18 zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia się w Punkt 10.3.3 dla zadania nr 1 i punkt 8.3.3 dla zadania nr 2 w części I SIWZ

Było:

W przypadku pojawienia się wady niemożliwej do usunięcia awarii Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe i przeprowadzenie odpowiednich procedur umożliwiających pracę na tym/tych urządzeniach.

Jest:

W przypadku pojawienia się wady niemożliwej do usunięcia awarii lub naprawa urządzenia będzie ekonomicznie nieopłacalna wówczas Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe i przeprowadzenie odpowiednich procedur umożliwiających pracę na tym/tych urządzeniach.



**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9**

Pytanie 19

Punkty 10.3.1.-10.3.3. dla zadania nr 1 i punkty 8.3.1.-8.3.3. dla zadania nr 2 w części I SIWZ oraz § 6 ust. 3.1.-3.3. wzorów umów (załączniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Prosimy o potwierdzenie, że przez „urządzenie nowe” należy rozumieć urządzenie spełniające wymagania określone w SIWZ, ale nie urządzenie fabrycznie nowe.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że przez „urządzenie nowe” rozumie urządzenie spełniające wymagania określone w SIWZ (w tym nie starsze niż określone w SIWZ.), ale nie musi być to urządzenie fabrycznie nowe.

Pytanie 20

Punkt F.4 w części III SIWZ

Czy przez sformułowanie „oryginalny prospekt lub folder lub specyfikację producenta” należy rozumieć dokument pochodzący od producenta oferowanego wyrobu, zawierający informacje o wyrobie?

Odpowiedź

Przez sformułowanie „oryginalny prospekt lub folder lub specyfikację producenta” należy rozumieć dokument wydany przez producenta urządzenia, zestawów i płynów zawierający informacje o produkcie.

Pytanie 21

Punkt F.4 w części III SIWZ

Czy na potwierdzenie, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca może załączyć również wyciąg z instrukcji obsługi wyrobu?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22

Część XI SIWZ (Kryteria oceny ofert), Zadanie nr 1, punkt 2.2. (kryterium z poz. 2 – „rozwiązania techniczne”) oraz zadanie nr 2 (kryterium z poz. 2 – „rozwiązania techniczne”).

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów pochodzących od producenta oferowanych separatorów na potwierdzenie, że separator spełnia parametry czy wymagania oceniane w kryterium „rozwiązania techniczne”, np. wyciągu z instrukcji obsługi separatora, folderu lub specyfikacji pochodzącego od producenta lub oświadczenia producenta?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów pochodzących od producenta oferowanych separatorów na potwierdzenie, że separator spełnia parametry czy wymagania oceniane w kryterium „rozwiązania techniczne”.

Pytanie 23

Punkt 5 w części XII SIWZ (Rozliczenia finansowe) i § 4 ust. 7 wzorów umów (załączniki nr 3A i 3B do SIWZ)



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Czy Zamawiający dopuści przesłanie faktury w formacie pliku PDF pocztą elektroniczną? Jeżeli tak, wnosimy o wskazanie adresu poczty elektronicznej, na który wykonawca może przesłać fakturę w tym formacie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury w formacie pliku PDF pocztą elektroniczną pod warunkiem, że faktury będą spełniały wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający podczas podpisywania umowy udostępni adres e-mail na który Wykonawca będzie mógł przesłać fakturę w tym formacie.

Pytanie 24

§ 4 ust. 2 lit. e) wzorów umów (załączniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Czy sformułowanie „transport wewnętrzny u Zamawiającego” oznacza wniesienie przedmiotu zamówienia do wskazanego pomieszczenia magazynowego w siedzibie Zamawiającego?

Odpowiedź

„Transport wewnętrzny u Zamawiającego” oznacza wniesienie przedmiotu zamówienia do wskazanego pomieszczenia magazynowego w siedzibie Zamawiającego. Pomieszczenia magazynowe znajdują się na poziomie -2, Zamawiający posiada windę.

Pytanie 25

§ 7 ust. 1 lit. a) wzorów umów (Załączniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Czy Zamawiający, przed rozwiązaniem umowy we wskazanej tam sytuacji, wyznaczy wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie naruszeń?

Odpowiedź

Zamawiający przed rozwiązaniem umowy we wskazanej w umowie w § 7 ust. 1 lit. a) sytuacji, nie jest zobowiązany do wyznaczania wykonawcy terminu na usunięcie naruszeń.

Pytanie 26

§ 7 ust. 1 lit. a) wzorów umów (Załączniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Czy użyty tam termin „zła realizacja umowy” oznacza niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, o którym mowa w art. 471 Kodeksu cywilnego?

Odpowiedź

W §12 umowa odsyła między innymi do przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i przepisów kodeksu cywilnego, które będą miały zastosowanie w sprawach nieuregulowanych umową. Zwrot zła realizacja umowy odnosi się do niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

Pytanie 27

§ 7 ust. 1 wzorów umów (Załączniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, że prawo do rozwiązania przez Zamawiającego umowy w trybie natychmiastowym dotyczy wyłącznie ważnych powodów leżących po stronie Wykonawcy.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Odpowiedź

Powody rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym mogą mieć różne źródło. Wypowiedzenie z powodu likwidacji bądź nieprawidłowego wykonywania umowy może być niezależne od Wykonawcy w pełnym stopniu, a jednak może pociągnąć za sobą realizację uprawnień. Zamawiający nie będzie badał przyczyn wystąpienia przestanków opisanych umową.

Pytanie 28

§ 7 ust. 1 wzorów umów (Załączniki nr 3A i 3B do SIWZ)

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, wnosimy o zmianę umowy w ten sposób, że Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z ważnych powodów leżących po stronie Zamawiającego z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego (z wyjątkiem sytuacji określonej w § 7 ust. 2 wzoru umowy).

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29

§ 8 ust. 1 lit. c) wzorów umów (Załączniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie stawki kary umownej za zwłokę z 0,5% na 0,1% wartości brutto danej dostawy?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30

§ 8 ust. 1 lit. d) wzorów umów (Załączniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie stawki kary umownej za zwłokę z 0,8% na 0,25% wartości brutto danej dostawy?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31

§ 8 ust. 1 lit. f) wzorów umów (Załączniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za okres, w którym wykonawca zapewni urządzenie zastępcze bądź wstawi urządzenie nowe.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że nie będzie naliczał kar umownych za okres, w którym wykonawca zapewni urządzenie zastępcze bądź wstawi urządzenie nowe.

Pytanie 32

§ 8 wzorów umów (Załączniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by odpowiedzialność wykonawcy za niewykonanie lub wykonanie umowy, z jakiegokolwiek tytułu, była ograniczona do wartości umowy brutto



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

ogółem określonej w § 4 ust. 1 umowy, chyba że Wykonawca wyrządzi szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 33

§ 10 ust. 2 pkt 2.1 wzorów umów (Załączniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by zmiana wynagrodzenia brutto wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT następowała automatycznie, tj. bez konieczności podpisywania aneksu do umowy?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 34

§ 10 wzorów umów (Załączniki nr 3A i 3B do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany umowy, jeżeli po zawarciu umowy ujawnią się okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które nie są znane wykonawcy w dacie złożenia oferty lub zawarcia umowy, a które będą wpływać lub będą mogły wpływać na należyte wykonanie umowy, np. przejściowy brak zestawów na rynku wskutek przerw w produkcji lub zerwania łańcucha dostaw? Zmiany umowy w takim przypadku mogłyby polegać w szczególności na zmianie terminu wykonania umowy lub jej części, wydłużeniu terminu dostaw, czasowym zawieszeniu wykonywania umowy lub jej części, zmianie sposobu wykonywania dostaw (np. zmianę terminu ważności zestawów lub płynów), zmianie zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającej jej zmianie wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający w przypadku wystąpienia sytuacji obiektywnej, zmieniającej warunki w porównaniu do sytuacji na dzień zawarcia umowy, podejmie kroki mające na celu weryfikację aktualnego, wiążącego stosunku prawnego w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące, a dotyczące sytuacji nadzwyczajnych.

Pytanie 35

§ 9 ust. 1 wzorów umów (Załączniki nr 3A i 3B do SIWZ) sprawdzić co było w ubiegłym roku.

Czy w przypadku wydłużenia terminu obowiązywania umowy (§ 10 ust. 2.2.) Zamawiający wyrazi zgodę, by wartość zabezpieczenia na przedłużony termin obowiązywania umowy była liczona od ceny brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na podstawie wartości oferty brutto. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres trwania umowy (również na przedłużony okres) wysokość zabezpieczenia była w pełnej wysokości.

Pytanie 36

Pkt. 4 Zadanie nr 2, I Przedmiot zamówienia, Oferta Zadanie nr 2 pkt. 3 lp. 4 zestawienia cenowo-asortymentowego



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Czy Zamawiający zaakceptuje separator komórkowy, który został wyprodukowany w 2012 r.?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści separator komórkowy nie starszy niż wyprodukowany w 2012 roku.

W związku z odpowiedzią na pytanie 36 zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia się w Punkt 4 dla zadania nr 2 w części I SIWZ

Było:

Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu na okres 24 miesięcy separator komórkowy w ilości 1 sztuk, rok produkcji w/w separatora - nie starszy niż wyprodukowany w 2015 roku

Jest:

Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu na okres 24 miesięcy separator komórkowy w ilości 1 sztuk, rok produkcji w/w separatora - nie starszy niż wyprodukowany w 2012 roku

Pytanie 37

Dotyczy Części I SIWZ, zadania 1, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Wymagania pkt. 1.2 i 2.2.

Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw wyposażony w igłę 17G, jeżeli pozostałe parametry są zgodne z określonymi w pkt.1.2 i 2.2 SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający zaakceptuje zestaw wyposażony w igłę 17G jeżeli pozostałe parametry są zgodne z określonymi w pkt.1.2 i 2.2 SIWZ

W związku z odpowiedzią na pytanie 37 zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia się w Punkt 1.2 i 2.2. dla zadania nr 1 w części I SIWZ

Było:

Zestawy wyposażone w igłę 16G poddaną obróbce zwiększającej poślizg. (...).

Jest:

Zestawy wyposażone w igłę 16G-17G poddaną obróbce zwiększającej poślizg. (...).

Pytanie 38

Dotyczy Części I SIWZ, zadania 1, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Wymaganie pkt. 1.6.

Czy Zamawiający uzna za spełniony jeśli jeden pojemnik do UKKP posiada zintegrowany dodatkowy pojemnik satelitarny umożliwiający sterylne pobranie próbki do badań kontroli jakości. Każdy pojemnik do przechowywania UKKP posiada elastyczne dreny z możliwością ich łatwego rolowania i skutecznego wykonywania zgrzewów na zgrzewarkach różnego typu dostępnych w siedzibie Zamawiającego, celem pobrania próbek do badań kontroli jakości. W przypadku pobierania podwójnej porcji UKKP producent zaleca pobieranie produktu do jednego pojemnika i jego późniejsze dzielenie. W związku z powyższym pobieranie próbki celem wykonania badań jakościowych jest wskazane wówczas również z jednego/pierwszego pojemnika.

Odpowiedź

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli jeden pojemnik do UKKP posiada zintegrowany dodatkowy pojemnik satelitarny umożliwiający sterylne pobranie próbki do badań kontroli jakości.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Pytanie 39

Dotyczy Części I SIWZ, zadania 1, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Wymaganie 1.9 i 2.8.

Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki do przechowywania UKKP zawierające 1 port zabezpieczony błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiającą łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia?

Wyjaśniamy, że oferowane przez nas zestawy o parametrach wskazanych w powyższych pytaniach, są użytkowane zarówno w Polsce, jak i Europie,

Odpowiedź

Zamawiający zaakceptuje pojemniki do przechowywania UKKP zawierające 1 port zabezpieczony błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiającą łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia.

W związku z odpowiedzią na pytanie 39 zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia się w zadaniu 1 w rozdziale I pkt 1.9 i 2.8

Było:

Pojemniki do przechowywania UKKP oraz pojemniki do przechowywania osocza zawierające co najmniej 2 porty, zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiającą łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia.

Jest:

Pojemniki do przechowywania UKKP oraz pojemniki do przechowywania osocza zawierające co najmniej 1 port zabezpieczony błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiającą łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia.

Pytanie 40

Dotyczy Części I SIWZ, Wymagania 1.12, 1.12.1 oraz 2.11, 2.11.1 dla zadania nr 1 oraz punkty 1.9, 1.9.1 oraz 2.11, 2.11.1 dla zadania nr 2

Czy Zamawiający zaakceptuje zestawy jednorazowe, których etykiety na indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym zestaw posiadają informacje wymagane w Części I dla zadania 1 w pkt. 1.12, 1.12.1 oraz 2.11, 2.11.1 oraz dla zadania nr 2 w pkt. 1.9, 1.9.1 oraz 2.11, 2.11.1, natomiast na etykiecie macierzystej każdego z pojemników znajdują się w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego informacje:

- data ważności,
- numer REF,
- numer serii.

Oferowane przez nas zestawy są używane rutynowo od wielu lat w jednostkach publicznej służby krwi na terenie Polski i Europy.

Odpowiedź

Zamawiający zaakceptuje poniższe:

Na etykiecie macierzystej każdego z pojemników musi znajdować się:



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

- a. Numer REF
- b. Numer serii w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego

Na etykiecie macierzystej każdego z pojemników może znajdować się m.in.:

- c. Nazwa producenta – wytwórcy
- d. Nazwa zestawu, która informuje o jego przeznaczeniu
- e. Data ważności w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego
- f. Znak CE

W razie braku danych z pkt c, d, e, f na etykiecie macierzystej, w/w informacje muszą być zamieszczone na etykiecie na indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym zestaw.

Pytanie 41

Dotyczy Części I SIWZ, Wymaganie 1.9.1 b) dla zadania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby etykieta dla zestawu do poboru koncentratu granulocytarnego nie zawierała informacji o przeznaczeniu tego zestawu?

Wyjaśniamy, że oferowany przez nas zestaw do poboru KG jest zestawem uniwersalnym, używanym do następujących procedur: CMNC, PLN, WBCD, PLTD, BMP (wymagany dodatkowy zestaw). Zestaw posiada zarejestrowaną globalnie nazwę (IDL), widoczną na etykiecie, a o rodzaju prowadzonej procedury i pobieranych czy usuwanych komórek decyduje Operator (osoba przeszkolona przez podmiot upoważniony przez producenta), wybierając odpowiedni protokół oprogramowania separatora oraz stosując się do zaleceń producenta.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści etykietę dla zestawu do pobierania koncentratu granulocytarnego nie zawierającą informacji o przeznaczeniu tego zestawu.

Pytanie 42

Dotyczy Części I SIWZ, Wymaganie pkt. 1.10 dla zadania nr 2, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zestawów do poboru koncentratu granulocytarnego (KG)

Czy Zamawiający zaakceptuje pojemnik do przechowywania KG zawierający 1 port, zabezpieczony błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia? Oferowane przez nas zestawy są użytkowane zarówno w Polsce jak i Europie.

Odpowiedź

Zamawiający zaakceptuje pojemnik do przechowywania KG zawierający 1 port (...)

W związku z odpowiedzią na pytanie 42 zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia się w zadaniu 2 w rozdziale I pkt 1.10.

Było:

Pojemniki do przechowywania KG muszą zawierać co najmniej 2 porty, zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia.

Jest:



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Pojemniki do przechowywania KG muszą zawierać co najmniej 1 port, zabezpieczony błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia.

Pytanie 43

Dotyczy Części I SIWZ dla Zadania nr 2, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zestawów do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych metodą automatycznej aferezy - wymagania:

a. Wymaganie pkt. 2.2

Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw wyposażony w igłę 17G, jeżeli pozostałe parametry będą zgodne z określonymi w pkt. 2.2 SIWZ?

b. Wymaganie pkt. 2.7

Czy Zamawiający zaakceptuje pojemnik do przechowywania UKKP, który zawiera 1 port zabezpieczony błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia?

c. Wymaganie pkt. 2.8

Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw, posiadający jeden dodatkowy pojemnik satelitarny, zintegrowany z końcowym pojemnikiem do przechowywania UKKP, umożliwiającym sterylne pobranie próbki do badań kontroli jakości? W przypadku pobierania podwójnej porcji UKKP producent zaleca pobieranie produktu do jednego pojemnika i jego późniejsze dzielenie. W związku z powyższym pobieranie próbki celem wykonania badań jakościowych jest wskazane wówczas również z jednego/pierwszego pojemnika.

Wyjaśniamy, że oferowane przez nas zestawy z taką igłą są użytkowane zarówno w Polsce, jak i Europie.

Odpowiedź

a. Zamawiający zaakceptuje zestaw wyposażony w igłę 17G.

W związku z odpowiedzią na pytanie 43a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia się w zadaniu 2 w rozdziale I pkt 2.2.

Było:

Zestawy wyposażone w igłę 16G poddaną obróbce zwiększającej poślizg. (...)

Jest:

Zestawy wyposażone w igłę 16G-17G poddaną obróbce zwiększającej poślizg. (...)

b. Zamawiający zaakceptuje pojemnik do przechowywania UKKP, który zawiera 1 port (...)

W związku z odpowiedzią na pytanie 43b zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia się w zadaniu 2 w rozdziale I pkt 2.7.

Było:

Pojemniki do przechowywania UKKP muszą zawierać co najmniej 2 porty, zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia.

Jest:

Pojemniki do przechowywania UKKP muszą zawierać co najmniej 1 port, zabezpieczony błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

- c. Zamawiający zaakceptuje zestaw, posiadający jeden dodatkowy pojemnik satelitarny, zintegrowany z końcowym pojemnikiem do przechowywania UKKP, umożliwiający sterylne pobranie próbki do badań kontroli jakości.

Dotyczy SIWZ – ZADANIE 1

Pytanie 44:

Zamawiający wymaga zaoferowania 14 400 sztuk jednorazowych, jednoigłowych, sterylnych zestawów do pobierania UKKP zawieszonych w roztworze wzbogacającym PAS lub w osoczu i jednoczesnego pobierania osocza w ilości 450 ml w trakcie jednej procedury. W tym samym pakiecie Zamawiający wymaga zaoferowania 300 sztuk jednorazowych, jednoigłowych, sterylnych zestawów do pobierania UKKP i jednoczesnego pobierania KKCz/UKKCz w trakcie jednej procedury. Dodatkowo Zamawiający wymaga zaoferowania 300 sztuk płynu SAGM o pojemności 350 ml.

Czy z uwagi na fakt, że wymagana ilość zestawów do pobierania UKKP i jednoczesnego pobierania KKCz/UKKCz wynosi zaledwie 2% całości kontraktu w odniesieniu do zestawów do pobierania UKKP, Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie zestawów do pobierania UKKP i jednoczesnego pobierania KKCz wraz z dostarczeniem dodatkowych zestawów przyłączeniowych służących do uzyskiwania UKKCz zawieszonych w SAGM, gdzie płyn wzbogacający jest częścią zestawu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów do pobierania UKKP i jednoczesnego pobierania KKCz wraz z dostarczeniem dodatkowych zestawów przyłączeniowych służących do uzyskiwania UKKCz zawieszonych w SAGM, gdzie płyn wzbogacający jest częścią zestawu.

Pytanie nr 45

Zamawiający w Tabeli nr 1 (Nazwa i opis przedmiotu zamówienia) wymaga zaoferowania 10 sztuk separatorów komórkowych kompatybilnych z opisanymi zestawami do pobierania UKKP i jednoczesnego pobierania osocza lub KKCz/UKKCz.

Jednocześnie Zamawiający w wymaganiach szczegółowych dotyczących separatorów komórkowych (pkt 6.1.2) zawarł wymóg automatycznego pobierania KKCz/UKKCz z pojedynczego wkłucia.

Prosimy o wyjaśnienie z jakiego powodu Zamawiający wymaga możliwości pobierania na separatorze samego KKCz/UKKCz w sytuacji gdy nie wymaga dostawy zestawów umożliwiających taką funkcjonalność? Jednocześnie wnosimy o rezygnację z wymogu zawartego w pkt 6.1.2.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa wymóg zawarty w pkt 6.1.2. dot. zadania 1.

Pytanie nr 46

Zamawiający w wymaganiach szczegółowych dotyczących separatorów komórkowych (pkt 6.11) wymaga dostarczenia dwóch stanowisk komputerowych celem umożliwienia transmisji danych z dwóch różnych pomieszczeń. Czy Zamawiający zaakceptuje



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

dostarczenie jednego stanowiska komputerowego umożliwiającego transmisję danych z dwóch różnych pomieszczeń? Takie rozwiązanie umożliwia zbieranie danych ze wszystkich aparatów do jednego wspólnego systemu, co ułatwia kontrolę nad danymi oraz ogranicza ilość koniecznych do przeprowadzenia walidacji oprogramowania oraz walidacji transmisji danych do systemu „Bank Krwi”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający zaakceptuje zestawy oraz kompatybilne z nimi separatory wymagające podłączenia fizjologicznego roztworu soli służącego do wstępnego wypełnienia zestawu oraz pozwalającego na reinfuzję soli w trakcie bądź/i na koniec zabiegu? Możliwość wykorzystywania fizjologicznego roztworu soli pozwala na znaczne zredukowanie objętościowego deficytu krwi u dawcy wynikającego z procedury poboru składników krwi, tym samym znacząco zwiększa komfort dawcy oraz zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje zestawy oraz kompatybilne z nimi separatory wymagające podłączenia fizjologicznego roztworu soli służącego do wstępnego wypełnienia zestawu oraz pozwalającego na reinfuzję soli w trakcie bądź/i na koniec zabiegu, pod warunkiem, że Wykonawca wraz z zestawami dostarczy wymagany roztwór soli fizjologicznej w cenie zestawu. Zamawiający wymaga, aby roztwór soli fizjologicznej został ujęty w zestawieniu cenowo-asortymentowym przy zestawach do których ma zastosowanie oraz w niezbędnej ilości.

Dotyczy SIWZ – ZADANIE 2

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie wyposażone w monitor, obsługiwane za pomocą przycisków membranowych? Z punktu widzenia użytkowego spełnia ono te same wymagania co urządzenie wyposażone w ekran dotykowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje urządzenie wyposażone w monitor, obsługiwane za pomocą przycisków membranowych pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności ekranu dotykowego i pełnej obsługi urządzenia.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający zaakceptuje zestawy do pobierania UKKP, gdzie jeden z dwóch pojemników kolekcyjnych do przechowywania UKKP posiada zintegrowany dodatkowy pojemnik satelitarny umożliwiający sterylne pobranie próbki do badań kontroli jakości?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje zestawy do pobierania UKKP, gdzie jeden z dwóch pojemników kolekcyjnych do przechowywania UKKP posiada zintegrowany dodatkowy pojemnik satelitarny umożliwiający sterylne pobranie próbki do badań kontroli jakości.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Pytanie nr 50

Czy Zamawiający zaakceptuje zestawy oraz kompatybilny z nimi separator wymagające podłączenia fizjologicznego roztworu soli służącego do wstępnego wypełnienia zestawu oraz pozwalającego na reinfuzję soli w trakcie bądź/i na koniec zabiegu? Możliwość wykorzystywania fizjologicznego roztworu soli pozwala na znaczne zredukowanie objętościowego deficytu krwi u dawcy wynikającego z procedury poboru składników krwi, tym samym znacząco zwiększa komfort dawcy oraz zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje zestawy oraz kompatybilny z nimi separator wymagające podłączenia fizjologicznego roztworu soli służącego do wstępnego wypełnienia zestawu oraz pozwalającego na reinfuzję soli w trakcie bądź/i na koniec zabiegu, pod warunkiem, że pobrany składnik nie będzie rozcieńczony roztworem soli fizjologicznej zastosowanej podczas procedury.

Wykonawca wraz z zestawami dostarczy wymagany roztwór soli fizjologicznej w cenie zestawu. Zamawiający wymaga, aby roztwór soli fizjologicznej został ujęty w zestawieniu cenowo-asortymentowym przy zestawach, do których ma zastosowanie oraz w niezbędnej ilości.

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający zaakceptuje zestawy do pobierania KG oraz zestawy do pobierania UKKP, gdzie nazwa zestawu znajduje się jedynie na etykiecie macierzystej zestawu?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje zestawy do pobierania KG oraz zestawy do pobierania UKKP, gdzie nazwa zestawu znajduje się jedynie na etykiecie macierzystej zestawu.

Wprowadzone zmiany treści obowiązują stosownie w całym SIWZ wraz z załącznikami.

Dyrektor
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
we Wrocławiu
Krzysztof Dworak
Krzysztof Dworak