



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

50-345 WROCLAW, UL. CZERWONEGO KRZYŻA 5-9

Wrocław, dnia 20-08-2012 r.

Nasz znak DZZ.MSP.26.21.P/2012

Uczestnicy - nr postępowania nr 21/P/2012

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu nr 21/P/2012 na :

„Dostawa 4 sztuk wirówek wolnostojących z chłodzeniem wraz z osprzętem przeznaczonych do preparatyki krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę czasu reakcji serwisu rozumianego jako konieczność dojazdu do Zamawiającego z max 24 do 48 godzin od telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia awarii/usterki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2:

W wyjątkowych wypadkach czas naprawy wynosi 7 dni od zdiagnozowania usterki. Na ten czas wykonawca udostępni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach użytkowych. W przypadku takich urządzeń jak wirówki nie praktykuje się dostarczania urządzeń zastępczych w ciągu tak krótkiego czasu, ponieważ żaden z dystrybutorów nie ma takich urządzeń na stanie, bo nie znajduje to uzasadnienia ekonomicznego. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SIWZ na następujące: *W wyjątkowych wypadkach kiedy czas naprawy urządzeń przekroczy 10 dni od zdiagnozowania usterki, Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o tych samych parametrach użytkowych.*

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis istniejący w SIWZ oraz w umowie:

W wyjątkowych wypadkach czas naprawy wynosi 7 dni od zdiagnozowania usterki. Na ten czas wykonawca udostępni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach użytkowych

na zapis o następującym brzmieniu:

W wyjątkowych wypadkach gdy czas naprawy będzie wynosił 10 dni lub więcej od zdiagnozowania usterki, na ten czas wykonawca udostępni gotowe do pracy urządzenie zastępcze o tych samych parametrach użytkowych.

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl

Telefony:

Centrala:

071 371 58 10

Dyrektor:

071 371 58 11

fax. 071 328 17 13

Ekspedycja Krwi:

071 371 58 26

071 328 10 93

Laboratorium:

071 371 58 31



Forma prawna:

SP ZOZ

zarejestrowany

w Sądzie Rejonowym

dla Wrocławia-Fabrycznej

we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru

Sądowego

pod numerem

KRS: 0000034677

NIP: PL 898-18-53-248

REGON: 000291121

Konto bankowe:

ING Bank Śląski

Wrocław

Nr 91 1050 1575

1000 0023 1691 2753

Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2008

DYREKTOR

lek. Ryszard Kozłowski
chirurg - specjalista transfuzjolog