



# Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5-9

## Internet:

www.rckik.wroclaw.pl  
centrum@rckik.wroclaw.pl  
www.facebook.com  
/rckikwroclaw

## Telefony:

**Centrala:**  
71 371 58 10

**Dyrektor:**  
71 371 58 11

**Sekretariat:**  
71 371 58 12

**Fax:**  
71 328 17 13

**Ekspedycja krwi:**  
71 371 58 26  
71 328 10 93

**Laboratorium:**  
71 371 58 31

## Forma prawna:

SP ZOZ  
zarejestrowany w Sądzie  
Rejonowym dla  
Wrocławia – Fabrycznej  
we Wrocławiu VI Wydział  
Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego pod  
numerem  
KRS: 0000034677  
NIP: PL 898-18-53-248  
REGON: 000291121

## Konto bankowe:

ING Bank Śląski Wrocław  
Nr: 91 1050 1575 1000  
0023 1691 2753



Gepard Biznesu 2011

## Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 09.05.2013

Nasz znak: DZZ.MP.26-14.P.1-7/2013

## Uczestnicy - nr postępowania nr 14/P/1-7/2013

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu wraz ze zmianami w treści SIWZ w postępowaniu nr 14/P/1-7/2013 pn.:**

„Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz uczulonych krwinek wzorcowych do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych, tj.:

**Zadanie 1: Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów z układu AB0**

**Zadanie 2: Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów z układu Rh**

**Zadanie 3: Odczynniki monoklonalne i poliklonalne do oznaczania antygenów spoza układów AB0 i Rh**

**Zadanie 4: Uczulone krwinki wzorcowe do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych**

**Zadanie 5: Standard anty-D do kontroli testów antyglobulinowych**

**Zadanie 6: Papaina - standaryzowany odczynnik do badań serologicznych - liofilizowany**

**Zadanie 7: Odczynniki antyglobulinowe poliwalentne i monowalentne”**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania z dnia **06-05-2013** r. o następującej treści. :

### Pytanie 8:

Czy w celu uzyskania ekonomicznie korzystnych ofert Zamawiający wydzieli z zadania 1 poz.5 tj. odczynnik anty-H do odrębnego zadania?

### Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wraz z załącznikami nr 14/P/1-7/2013 dotyczące szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia odnośnie zadania 1.

### Pytanie 9:

Czy w celu uzyskania ekonomicznie korzystnych ofert Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 2 poz. 1 i 2 tj odczynnik anty-D do oddzielnego zadania?

### Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wraz z załącznikami nr 14/P/1-7/2013 dotyczące szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia odnośnie zadania 2.

### Pytanie 10:

Czy w celu uzyskania ekonomicznie korzystnych ofert Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 6 równoważnego produktu tj. papainy płynnej spełniającej wymagania Zamawiającego?

### Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wraz z załącznikami nr 14/P/1-7/2013 dotyczące szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia odnośnie zadania 6.



# Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5-9

## **Pytanie 11:**

W związku z nieuprawnionym wymaganiem Zamawiającego w zadaniu 2 naruszającym obowiązujące normy w zakresie postawionych wymagań dotyczących odczynników monoklonalnych wnosimy prawidłowy opis wymagań dotyczący aglutynacji.

## **Uzasadnienie**

Zamawiający stosuje opis odczynników monoklonalnych niezgodny z wymaganiami **Instytutu Hematologii i Transfuzjologii Warszawa – „Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby zdrowia”** Wyd. II pkt.

Ponadto wskazujemy, iż IHIT:

- 1) określa aglutynację na dla odczynników monoklonalnych po ustalonym dla nich czasie przez producenta, które zostały wyspecyfikowane przez Zamawiającego w zadaniu 2

Zatem wymagania postawione przez Zamawiającego jest niezgodne z wymaganiami krajowymi.

Wnosimy o naniesienie w opisie przedmiotu zamówienia zmiany zgodnej z wymaganiami krajowymi.

## **Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wraz z załącznikami nr 14/P/1-7/2013 dotyczące szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia odnośnie zadania 2.

Uzasadnienie:

Zamawiający uważa, że wymagania dot. aglutynacji dla odczynników z zadania nr 2 określone w załączniku nr 1.2 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. zadania nr 2) zapisane w SIWZ nr 14/P/1-7/2013 są zgodne z naszymi potrzebami: zamówienie wyższej jakości odczynników wyeliminuje reklamacje z naszej strony, które musieliśmy składać z powodu niskiej jakości odczynników. Nasze wymagania nie stoją w sprzeczności z wytycznymi Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, które mają charakter zaleceń, nie zaś norm prawnych, a ponadto są wymaganiami użytkownika, uwzględniają nasze potrzeby i co najważniejsze, zapewniają bezpieczeństwo pacjentów.

Ponadto Zamawiający uważa, iż wymóg czasowy dotyczący wykazania w pierwszej minucie od nakropienia zachodzącej reakcji aglutynacji a po 5 minutach nasilenia aglutynacji, które nie może być mniejsze niż 3+ dla każdego odczynnika z zadania nr 2 jest odpowiednim czasem na uzyskanie wyniku, a zwłaszcza podczas badań wykonywanych na ekipach wyjazdowych, kiedy czas oczekiwania na wynik reakcji jest niezwykle istotny z organizacyjnego punktu widzenia.

DYREKTOR

*lek. Ryszard Łozłowski*  
chirurg - specjalista transfuzjolog