



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ

zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 26.04.2016

Nasz znak:

DZZ.MP.26-08.P.1-2/2016

Uczestnicy postępowania nr 08/P/1-2/2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie zadane Zamawiającemu wraz z modyfikacją SIWZ w postępowaniu nr 08/P/1-2/2016 na :

„Dostawa odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do wykonywania badań w okresie 36 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu:

Zadanie 1: Dostawa odczynników, krwi kontrolnej, materiałów zużywalnych celem wykonania 223 000 badań morfologii krwi, w tym 127 000 z 5-częściowym wzorem odsetkowym krwinek białych (CBC+5 DIFF) , dostawa w ramach umowy dzierżawy trwającej 36 miesięcy dwóch analizatorów hematologicznych 5-DIFF z dodatkowym wyposażeniem określonym szczegółowo w SIWZ, wykonywanie, w okresie trwania umowy dzierżawy, serwisu analizatorów i dodatkowych urządzeń oraz ich walidacji po każdym przeglądzie technicznym, po każdej naprawie serwisowej, udział Wykonawcy cztery razy w roku w zewnętrznej QC Kontroli Jakości oraz dwa razy w roku w obligatoryjnym sprawdzianie prowadzonym przez COBJwDL w Łodzi (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej)

Zadanie 2: Dostawa odczynników, krwi kontrolnej, materiałów zużywalnych celem wykonania 15 000 badań z zakresu kontroli jakości składników krwi na analizatorze hematologicznym Micros 60 firmy Horiba ABX, będącego własnością Zamawiającego, wykonywanie serwisu analizatora w okresie trwania umowy a także jego walidacji po każdym przeglądzie technicznym, po każdej naprawie serwisowej, udział wykonawcy cztery razy w roku w zewnętrznej QC Kontroli Jakości oraz dwa razy w roku w obligatoryjnym sprawdzianie prowadzonym przez COBJwDL w Łodzi (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej) przez okres 36 miesięcy”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania z dn. 25-04-2016 r. o następującej treści:

Pytanie 1:

Dotyczy, Tabeli nr 1 do Zadania nr 1 – pkt. II ppkt 3 wymagań dotyczących procesu analizy parametrów.

Czy Zamawiający wymaga, aby analizatory posiadały możliwość wykonywania automatycznie rozcieńczeń i powtórek prób badanych ?



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie wymagań dotyczących procesu analizy parametrów określonych w rozdz. I w Tabeli nr 1 do zadania 1 - pkt II, ppkt 3 od 3a do pkt 3e.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Tabeli nr 1 do Zadania nr 1 – pkt. II ppkt 6 wymagań dotyczących procesu analizy parametrów.

Czy ze względu na dużą ilość badań w ciągu dnia Zamawiający wymaga, aby każdy z analizatorów posiadały podajnik próbek na min 90 probówek?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie wymagań dotyczących procesu analizy parametrów określonych w rozdz. I w Tabeli nr 1 do zadania 1 - pkt II, ppkt 6.

Pytanie nr 3:

Dotyczy Tabeli nr 2 do Zadania nr 1 – wymagania bezwzględne do zaoferowanego komputera PC (pkt. certyfikaty i standardy).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie certyfikatów i dokumentów wymienionych w tabeli 2 w pozycji pt. „Certyfikaty i standardy” po podpisaniu umowy, wraz z dostawą sprzętu? Wykonawca do oferty załączy oświadczenie o zobowiązaniu się do dostarczenia wymaganych dokumentów dla komputera PC wraz z dostawą sprzętu.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie wymagań dotyczących dołączenia do oferty przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wymienionych w SIWZ w tabeli nr 2 do zadania nr 1 – wymagania bezwzględne do zaoferowanego komputera PC (pkt. certyfikaty i standardy) oraz powtórzone w SIWZ – rozdz.III – pkt F ppkt 5 do ppkt 8.

Pytanie nr 4:

Dotyczy zapisu SIWZ pkt. 2.1 lit. a) oraz zapisu w Tabeli nr 1 do Zadania 1 – pkt. VII ppkt 1 - obowiązki wykonawcy.

Prosimy o wyrażenie zgody na termin dostawy analizatorów w ciągu **30 dni** kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający wyraża zgodę na termin dostawy analizatorów w ciągu **30 dni** kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

W związku z odpowiedziami na nsp. pytania: nr 3, nr 4, na podst. art. 38 ust.4 ustawy PZP ulegają zmianie zapisy w SIWZ nr 08/P/1-2/2016, a mianowicie:

Zamawiający zmienia zapisy w Tabeli nr 2 do zadania 1 w pozycji pt. „Certyfikaty i standardy”, które otrzymują nsp. brzmienie::

Było:

„Certyfikat ISO 9000:2000 dla producenta komputera (*do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu*)

- Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych komputerów z wymaganym systemem operacyjnym

- głośność jednostki centralnej wg normy ISO 9296 (bez nośników max. 27db (*do oferty należy załączyć oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie wymogu*))



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

- deklaracja CE
- licencja, dokumentacja, nośnik oraz sterowniki do poszczególnych podzespołów dla systemu MS Windows 8 na nośniku CD-ROM lub DVD-ROM – *dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy*
- komplet okablowania”.

Jest:

- „- Certyfikat ISO 9000:2000 dla producenta komputera (*do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu*)
- Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych komputerów z wymaganym systemem operacyjnym - *dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy*
- głośność jednostki centralnej wg normy ISO 9296 (bez nośników max. 27db (*do oferty należy załączyć oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie wymogu*))
- deklaracja CE zaoferowanego komputera PC w ofercie danego Wykonawcy.
- licencja, dokumentacja, nośnik oraz sterowniki do poszczególnych podzespołów dla systemu MS Windows 8 na nośniku CD-ROM lub DVD-ROM – *dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy*
- komplet okablowania - *dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy”.*



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 4. na podst. art. 38 ust.4 ustawy PZP ulegają zmianie zapisy w SIWZ nr 08/P/1-2/2016, a mianowicie:
Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ -rozd. I - zadanie 1 w pkt 2.1.:

Było:

„2.1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- a) dostarczenia dwóch analizatorów 5-DIFF wraz z wyposażeniem dodatkowym i dokumentacją do wskazanego miejsca w siedzibie Zamawiającego, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 we Wrocławiu w terminie nie później niż **do 14 dni kalendarzowych** od dnia podpisania umowy, przy czym dokładna data i godzina dostawy zostanie uzgodniona wcześniej z Zamawiającym.
- b) dostarczenia bezpłatnych odczynników i krwi kontrolnej umożliwiającej wdrożenie nowego systemu wykonywania badań,
- c) uruchomienia i zainstalowania dodatkowych urządzeń i oprogramowania
- d) podłączenia aparatury do systemu „Bank Krwi” i zapewnienia prawidłowej transmisji danych w trakcie trwania umowy.
- e) dostarczenia do akceptacji Zamawiającego planu poszczególnych etapów kwalifikacji oraz wykonanie bezpłatnej udokumentowanej kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
- f) przeprowadzenie walidacji udokumentowanej odpowiednim protokołem przed rozpoczęciem eksploatacji przez Zamawiającego
- g) przeszkolenia personelu podstawowego wskazanego przez Zamawiającego, w terminie uzgodnionym w formie pisemnej z Zamawiającym (dokładne wymagania odnośnie szkoleń pkt. 2.2)
- h) oraz podpisania Protokołu Odbioru zawierającego spełnienie powyższych punktów nie później niż **do 14 dni kalendarzowych** od dnia podpisania umowy.
- i) **Wszystkie wymagania i obowiązki wynikające z niniejszego zamówienia wymienione w rozdziale I SIWZ , świadczone będą przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia zawartego w ofercie.”**



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Jest:

2.1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- i) dostarczenia dwóch analizatorów 5-DIFF wraz z wyposażeniem dodatkowym i dokumentacją do wskazanego miejsca w siedzibie Zamawiającego, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 we Wrocławiu w terminie nie później niż **do 30 dni kalendarzowych** od dnia podpisania umowy, przy czym dokładna data i godzina dostawy zostanie uzgodniona wcześniej z Zamawiającym.
 - j) dostarczenia bezpłatnych odczynników i krwi kontrolnej umożliwiającej wdrożenie nowego systemu wykonywania badań,
 - k) uruchomienia i zainstalowania dodatkowych urządzeń i oprogramowania
 - l) podłączenia aparatury do systemu „Bank Krwi” i zapewnienia prawidłowej transmisji danych w trakcie trwania umowy.
 - m) dostarczenia do akceptacji Zamawiającego planu poszczególnych etapów kwalifikacji oraz wykonanie bezpłatnej udokumentowanej kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
 - n) przeprowadzenie walidacji udokumentowanej odpowiednim protokołem przed rozpoczęciem eksploatacji przez Zamawiającego
 - o) przeszkolenia personelu podstawowego wskazanego przez Zamawiającego, w terminie uzgodnionym w formie pisemnej z Zamawiającym (dokładne wymagania odnośnie szkoleń pkt. 2.2)
 - p) oraz podpisania Protokołu Odbioru zawierającego spełnienie powyższych punktów nie później niż **do 30 dni kalendarzowych** od dnia podpisania umowy.
- i) Wszystkie wymagania i obowiązki wynikające z niniejszego zamówienia wymienione w rozdziale I SIWZ, świadczone będą przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia zawartego w ofercie.**

oraz Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ -rozd. I - zadanie 1 w tabeli nr 1 do zadania 1w pkt VII ppkt 1:

Było:

„Wykonawca zobowiązuje się po instalacji urządzeń wraz z wyposażeniem dodatkowym - do wykonania bezpłatnej udokumentowanej kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, w terminie do 2 tygodni, t.j.14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy”.

Jest:

„Wykonawca zobowiązuje się po instalacji urządzeń wraz z wyposażeniem dodatkowym - do wykonania bezpłatnej udokumentowanej kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi




Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

przepisami dotyczącymi wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy”.

Powyższe zmiany, określone powyżej, obowiązują stosownie w całej SIWZ wraz z załącznikami nr 08/P/1-2/2016.

Dyrektor
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
we Wrocławiu


Krzysztof Dworak